CHEMTECH 284 Sheffield Street, Mountainside NJ 07092 (908)-789-8900 Fax : 908 789 8922

Continuing Calibration Report for SequenceID : FC080723AL

Parameter	AreaCount	Conc.	RT_Min	RT_Max	Response Factor	AVGRF	%DEV
File ID :	**FC064334.D**						
Aliphatic C9-C12	11918331.000	60.000	3.207	6.479	198638.850	163010.873	-21.856
Aliphatic C12-C16	7544505.000	40.000	6.480	9.864	188612.625	157122.407	-20.042
Aliphatic C16-C21	10647500.000	60.000	9.865	13.215	177458.333	151210.353	-17.359
Aliphatic C21-C28	13102701.000	80.000	13.216	16.862	163783.763	138650.389	-18.127
Aliphatic C28-C40	17846405.000	120.000	16.863	21.694	148720.042	137334.939	-8.290
Aliphatic EPH	61059442.000	360.000	3.207	21.694	169609.561	146417.760	-15.839