CHEMTECH 284 Sheffield Street, Mountainside NJ 07092 (908)-789-8900 Fax : 908 789 8922

Continuing Calibration Report for SequenceID : FD080723AR

Parameter	AreaCount	Conc.	RT_Min	RT_Max	Response Factor	AVGRF	%DEV
File ID :	**FD046280.D**						
Aromatic C10-C12	7951151.000	40.000	4.214	5.942	198778.775	181404.817	-9.577
Aromatic C12-C16	10869211.000	60.000	5.943	8.554	181153.517	163880.179	-10.540
Aromatic C16-C21	12747124.000	80.000	8.555	12.818	159339.050	141405.575	-12.682
Aromatic C21-C36	25440321.000	180.000	12.819	18.205	141335.117	132339.347	-6.798
Aromatic EPH	57007807.000	360.000	4.214	18.205	158355.019	145062.589	-9.163