Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE103124\
Data File : BE101425.D
Acq On : 31 Oct 2024 10:18
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 31 11:02:07 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE102824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 29 01:26:30 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	20.000	20.000	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	40.000	35.346	11.6	87	0.00
3		Pyridine	40.000	38.768	3.1	95	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	40.000	39.843	0.4	94	0.00
5	S	2-Fluorophenol	80.000	76.699	4.1	92	0.00
6		Aniline	40.000	48.418	-21.0	106	0.00
7	S	Phenol-d6	80.000	80.074	-0.1	94	0.00
8		2-Chlorophenol	40.000	39.801	0.5	94	0.00
9		Benzaldehyde	40.000	42.808	-7.0	98	0.00
10	C	Phenol	40.000	41.432	-3.6	94	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	40.000	36.764	8.1	85	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	40.000	38.434	3.9	92	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	40.000	38.740	3.1	94	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	40.000	39.277	1.8	94	0.00
15		Benzyl Alcohol	40.000	43.642	-9.1	94	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	40.000	41.504	-3.8	99	0.00
17		2-Methylphenol	40.000	40.565	-1.4	94	0.00
18		Hexachloroethane	40.000	40.750	-1.9	98	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	40.000	44.954	-12.4	99	0.00
20		3+4-Methylphenols	40.000	41.957	-4.9	97	0.00
21	I	Naphthalene-d8	20.000	20.000	0.0	102	0.00
22		Acetophenone	40.000	40.215	-0.5	97	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	80.000	80.445	-0.6	98	0.00
24		Nitrobenzene	40.000	39.838	0.4	97	0.00
25		Isophorone	40.000	41.174	-2.9	98	0.00
26	C	2-Nitrophenol	40.000	42.281	-5.7	99	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	40.000	39.477	1.3	97	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	40.000	41.291	-3.2	102	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	40.000	40.697	-1.7	100	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	40.000	39.371	1.6	100	0.00
31		Naphthalene	40.000	38.784	3.0	97	0.00
32		Benzoic acid	40.000	39.074	2.3	103	0.00
33		4-Chloroaniline	40.000	43.042	-7.6	98	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	40.000	40.099	-0.2	101	0.00
35		Caprolactam	40.000	39.079	2.3	92	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	40.000	39.879	0.3	97	0.00
37		2-Methylnaphthalene	40.000	39.641	0.9	99	0.00
38		1-Methylnaphthalene	40.000	39.111	2.2	98	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	20.000	20.000	0.0	102	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	40.000	40.011	-0.0	100	0.00
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	40.000	42.852	-7.1	102	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	80.000	80.706	-0.9	98	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	40.000	40.927	-2.3	98	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	40.000	39.753	0.6	97	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	80.000	80.360	-0.4	98	0.00
46		1,1'-Biphenyl	40.000	39.444	1.4	98	0.00
47		2-Chloronaphthalene	40.000	39.540	1.2	99	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE103124\
Data File : BE101425.D
Acq On : 31 Oct 2024 10:18
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 31 11:02:07 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE102824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 29 01:26:30 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	40.000	41.856	-4.6	97	0.00
49		Acenaphthylene	40.000	39.722	0.7	96	0.00
50		Dimethylphthalate	40.000	39.153	2.1	97	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	40.000	39.547	1.1	95	0.00
52	C	Acenaphthene	40.000	39.113	2.2	97	0.00
53		3-Nitroaniline	40.000	41.614	-4.0	96	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	40.000	37.163	7.1	96	0.00
55		Dibenzofuran	40.000	38.935	2.7	97	0.00
56	P	4-Nitrophenol	40.000	37.141	7.1	90	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	40.000	40.406	-1.0	96	0.00
58		Fluorene	40.000	39.382	1.5	96	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	40.000	40.054	-0.1	98	0.00
60		Diethylphthalate	40.000	39.194	2.0	96	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	40.000	39.845	0.4	99	0.00
62		4-Nitroaniline	40.000	40.053	-0.1	94	0.00
63		Azobenzene	40.000	39.759	0.6	97	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	20.000	20.000	0.0	99	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	40.000	41.349	-3.4	97	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	40.000	40.289	-0.7	95	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	40.000	40.898	-2.2	99	0.00
68		Hexachlorobenzene	40.000	40.354	-0.9	97	0.00
69		Atrazine	40.000	39.790	0.5	87	0.00
70	C	Pentachlorophenol	40.000	43.089	-7.7	98	0.00
71		Phenanthrene	40.000	39.747	0.6	95	0.00
72		Anthracene	40.000	40.389	-1.0	95	0.00
73		Carbazole	40.000	39.706	0.7	94	0.00
74		Di-n-butylphthalate	40.000	42.937	-7.3	98	0.00
75	C	Fluoranthene	40.000	40.031	-0.1	96	0.00
76	I	Chrysene-d12	20.000	20.000	0.0	99	0.00
77		Benzidine	40.000	71.432	-78.6#	130	0.00
78		Pyrene	40.000	40.762	-1.9	95	0.00
79	S	Terphenyl-d14	80.000	74.924	6.3	96	0.00
80		Butylbenzylphthalate	40.000	42.277	-5.7	99	0.00
81		Benzo(a)anthracene	40.000	40.379	-0.9	96	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	40.000	42.644	-6.6	97	0.00
83		Chrysene	40.000	39.813	0.5	97	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	40.000	44.379	-10.9	101	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	40.000	43.996	-10.0	101	0.00
86	I	Perylene-d12	20.000	20.000	0.0	98	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	40.000	39.892	0.3	94	0.00
88		Benzo(b)fluoranthene	40.000	40.187	-0.5	93	0.00
89		Benzo(k)fluoranthene	40.000	41.360	-3.4	98	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	40.000	40.775	-1.9	95	0.00
91		Dibenzo(a,h)anthracene	40.000	40.526	-1.3	94	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	40.000	39.532	1.2	94	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Data\BE103124\
Data File : BE101425.D
Acq On : 31 Oct 2024 10:18
Operator : RC/JU
Sample : SSTDCCC040
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_E
LabSampleId :
SSTDCCC040

Quant Time: Oct 31 11:02:07 2024
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_E\Methods\8270-BE102824.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 29 01:26:30 2024
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0