

Hit Summary Sheet SW-846

SDG No.: Q1172

Client: Chemtech Consulting Group

Sample ID	Client ID	Matrix	Parameter	Concentration	C	MDL	RDL	Units
Client ID:	PT-RVOA-WS							
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Vinyl Chloride	14.4		0.13	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	1,1-Dichloroethene	10.9		0.12	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Methylene Chloride	15.0	E	0.47	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	trans-1,2-Dichloroethene	5.70		0.14	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Carbon Tetrachloride	15.7	E	0.14	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	cis-1,2-Dichloroethene	17.4	E	0.13	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	1,1,1-Trichloroethane	7.80		0.12	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Benzene	2.70		0.11	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	1,2-Dichloroethane	2.50		0.16	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Trichloroethene	16.2	E	0.13	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	1,2-Dichloropropane	2.80		0.13	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Toluene	13.6		0.11	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	1,1,2-Trichloroethane	7.90		0.13	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Tetrachloroethene	14.8		0.14	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Chlorobenzene	7.50		0.11	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Ethyl Benzene	5.10		0.12	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Total Xylenes	5.10		0.35	1.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	m/p-Xylenes	2.50		0.23	1.00	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	o-Xylene	2.60		0.12	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	Styrene	7.60		0.13	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	1,4-Dichlorobenzene	13.9		0.14	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	1,2-Dichlorobenzene	13.6		0.14	0.50	ug/L
Q1172-07	PT-RVOA-WS	Water	1,2,4-Trichlorobenzene	12.6		0.21	0.50	ug/L
Total Voc :					213			
Total Concentration:					213			
Client ID:	PT-RVOA-WSDL							
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Vinyl Chloride	14.1	D	0.65	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	1,1-Dichloroethene	10.8	D	0.60	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Methylene Chloride	15.0	D	2.40	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	trans-1,2-Dichloroethene	5.90	D	0.70	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Carbon Tetrachloride	14.6	D	0.70	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	cis-1,2-Dichloroethene	16.7	D	0.65	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	1,1,1-Trichloroethane	7.60	D	0.60	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Benzene	2.70	D	0.55	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	1,2-Dichloroethane	2.40	JD	0.80	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Trichloroethene	15.9	D	0.65	2.50	ug/L

Hit Summary Sheet SW-846

SDG No.: Q1172

Client: Chemtech Consulting Group

Sample ID	Client ID	Matrix	Parameter	Concentration	C	MDL	RDL	Units
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	1,2-Dichloropropane	2.70	D	0.65	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Toluene	11.9	D	0.55	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	1,1,2-Trichloroethane	7.40	D	0.65	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Tetrachloroethene	14.1	D	0.70	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Chlorobenzene	6.90	D	0.55	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Ethyl Benzene	4.40	D	0.60	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Total Xylenes	4.40	JD	1.80	7.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	m/p-Xylenes	2.20	JD	1.20	5.00	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	o-Xylene	2.20	JD	0.60	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	Styrene	5.80	D	0.65	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	1,4-Dichlorobenzene	13.4	D	0.70	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	1,2-Dichlorobenzene	13.7	D	0.70	2.50	ug/L
Q1172-07DL	PT-RVOA-WSDL	Water	1,2,4-Trichlorobenzene	13.0	D	1.10	2.50	ug/L
Total Voc :					203			
Total Concentration:					203			