284 Sheffield Street, Mountainside, New Jersey 07092, Phone : 908 789 8900,
Fax : 908 789 8922

RETENTION TIMES OF INITIAL CALIBRATION

Contract: ALLI03

Lab Code: CHEM **Case No.:** Q1872 **SAS No.:** Q1872 **SDG NO.:** Q1872

Instrument ID: ECD_L **Calibration Date(s):** 05/21/2025 05/21/2025

Calibration Times: 11:35 12:29

GC Column: ZB-MR1 ID: 0.32 (mm)

LAB FILE ID: RT 100 = PL095735.D RT 075 = PL095736.D

RT 050 = PL095737.D RT 025 = PL095738.D RT 005 = PL095739.D

COMPOUND	RT 100	RT 075	RT 050	RT 025	RT 005	MEAN RT	RT WINDOW FROM	RT WINDOW TO
4,4'-DDD	6.74	6.74	6.73	6.73	6.73	6.74	6.64	6.84
4,4'-DDE	6.23	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.12	6.32
4,4'-DDT	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	7.05	6.95	7.15
Aldrin	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.20	5.40
alpha-BHC	4.03	4.03	4.03	4.02	4.02	4.03	3.93	4.13
alpha-Chlordane	6.06	6.05	6.05	6.05	6.05	6.05	5.95	6.15
beta-BHC	4.55	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54	4.44	4.64
Decachlorobiphenyl	9.11	9.10	9.10	9.10	9.10	9.10	9.00	9.20
delta-BHC	4.80	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.69	4.89
Dieldrin	6.38	6.38	6.38	6.37	6.37	6.38	6.28	6.48
Endosulfan I	6.11	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.00	6.20
Endosulfan II	6.82	6.82	6.82	6.81	6.81	6.82	6.72	6.92
Endosulfan sulfate	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.18	7.08	7.28
Endrin	6.61	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.50	6.70
Endrin aldehyde	6.95	6.94	6.94	6.94	6.94	6.94	6.84	7.04
Endrin ketone	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.66	7.56	7.76
gamma-BHC (Lindane)	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.36	4.26	4.46
gamma-Chlordane	5.98	5.97	5.97	5.97	5.97	5.97	5.87	6.07
Heptachlor	4.96	4.95	4.96	4.95	4.95	4.96	4.86	5.06
Heptachlor epoxide	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.62	5.82
Methoxychlor	7.53	7.52	7.52	7.52	7.52	7.52	7.42	7.62
Mirex	8.15	8.14	8.14	8.14	8.14	8.14	8.04	8.24
Tetrachloro-m-xylene	3.58	3.57	3.57	3.57	3.57	3.57	3.47	3.67

284 Sheffield Street, Mountainside, New Jersey 07092, Phone : 908 789 8900,
Fax : 908 789 8922

RETENTION TIMES OF INITIAL CALIBRATION

Contract: ALLI03

Lab Code: CHEM **Case No.:** Q1872 **SAS No.:** Q1872 **SDG NO.:** Q1872

Instrument ID: ECD_L **Calibration Date(s):** 05/21/2025 05/21/2025

Calibration Times: 11:35 12:29

GC Column: ZB-MR2 ID: 0.32 (mm)

LAB FILE ID: RT 100 = PL095735.D RT 075 = PL095736.D

RT 050 = PL095737.D RT 025 = PL095738.D RT 005 = PL095739.D

COMPOUND	RT 100	RT 075	RT 050	RT 025	RT 005	MEAN RT	RT WINDOW FROM	RT WINDOW TO
4,4'-DDD	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.83	6.03
4,4'-DDE	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.37	5.27	5.47
4,4'-DDT	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.08	6.28
Aldrin	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.37	4.27	4.47
alpha-BHC	3.39	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.30	3.50
alpha-Chlordane	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.09	5.29
beta-BHC	4.02	4.03	4.03	4.03	4.02	4.03	3.93	4.13
Decachlorobiphenyl	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	7.96	8.16
delta-BHC	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.26	4.16	4.36
Dieldrin	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.41	5.61
Endosulfan I	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.14	5.34
Endosulfan II	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	6.07	5.97	6.17
Endosulfan sulfate	6.47	6.47	6.48	6.48	6.47	6.47	6.37	6.57
Endrin	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.78	5.68	5.88
Endrin aldehyde	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.15	6.35
Endrin ketone	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.88	7.08
gamma-BHC (Lindane)	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73	3.63	3.83
gamma-Chlordane	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.02	5.22
Heptachlor	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	3.98	4.18
Heptachlor epoxide	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.77	4.97
Methoxychlor	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.65	6.85
Mirex	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.17	7.07	7.27
Tetrachloro-m-xylene	2.88	2.89	2.89	2.89	2.89	2.89	2.79	2.99