284 Sheffield Street, Mountainside, New Jersey 07092, Phone : 908 789 8900,
Fax : 908 789 8922

**Laboratory Control Sample/Laboratory Control Sample Duplicate Summary**

**SW-846**

**SDG No.:** Q2027

**Client:** Scalamandre – Tully JV

**Analytical Method:** SW8260D **Datafile :** VX046231.D

| Lab Sample ID | Parameter | Spike | Result | Unit | Rec | RPD | Qual | Limits Low | Limits High | RPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX0516WBS01 | Vinyl chloride | 20 | 18.4 | ug/L | 92 | | | 65 | 117 | |
| | 1,1-Dichloroethene | 20 | 18.6 | ug/L | 93 | | | 74 | 110 | |
| | 2-Butanone | 100 | 100 | ug/L | 100 | | | 65 | 122 | |
| | Carbon Tetrachloride | 20 | 19.7 | ug/L | 99 | | | 77 | 113 | |
| | Chloroform | 20 | 20.2 | ug/L | 101 | | | 79 | 113 | |
| | Benzene | 20 | 20.1 | ug/L | 101 | | | 82 | 109 | |
| | 1,2-Dichloroethane | 20 | 20.5 | ug/L | 103 | | | 80 | 115 | |
| | Trichloroethene | 20 | 19.8 | ug/L | 99 | | | 77 | 113 | |
| | Tetrachloroethene | 20 | 20.9 | ug/L | 104 | | | 67 | 123 | |
| | Chlorobenzene | 20 | 19.4 | ug/L | 97 | | | 82 | 109 | |