Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072125\
Data File : BP025204.D
Acq On : 21 Jul 2025 19:55
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP072125

Quant Time: Jul 22 02:56:36 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP072125.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 22 02:55:21 2025
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	73	0.00
2		1,4-Dioxane	0.444	0.480	-8.1	82	0.00
3		Pyridine	1.188	1.345	-13.2	85	0.00
4		n-Nitrosodimethylamine	0.471	0.533	-13.2	83	0.00
5	S	2-Fluorophenol	1.184	1.256	-6.1	79	0.00
6		Aniline	1.916	2.151	-12.3	82	0.00
7	S	Phenol-d6	1.466	1.557	-6.2	78	0.00
8		2-Chlorophenol	1.343	1.517	-13.0	83	0.00
9		Benzaldehyde	0.994	1.033	-3.9	68	0.00
10	C	Phenol	1.520	1.706	-12.2	82	0.00
11		bis(2-Chloroethyl)ether	1.166	1.313	-12.6	83	0.00
12		1,3-Dichlorobenzene	1.510	1.691	-12.0	83	0.00
13	C	1,4-Dichlorobenzene	1.525	1.714	-12.4	83	0.00
14		1,2-Dichlorobenzene	1.467	1.651	-12.5	83	0.00
15		Benzyl Alcohol	1.057	1.197	-13.2	83	0.00
16		2,2'-oxybis(1-Chloropropane	1.491	1.676	-12.4	83	0.00
17		2-Methylphenol	1.054	1.196	-13.5	83	0.00
18		Hexachloroethane	0.524	0.593	-13.2	84	0.00
19	P	n-Nitroso-di-n-propylamine	0.882	1.006	-14.1	83	0.00
20		3+4-Methylphenols	1.438	1.627	-13.1	83	0.00
21	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	71	0.00
22		Acetophenone	0.465	0.536	-15.3	84	0.00
23	S	Nitrobenzene-d5	0.360	0.358	0.6	72	0.00
24		Nitrobenzene	0.321	0.370	-15.3	83	0.00
25		Isophorone	0.633	0.717	-13.3	82	0.00
26	C	2-Nitrophenol	0.184	0.213	-15.8	82	0.00
27		2,4-Dimethylphenol	0.308	0.352	-14.3	82	0.00
28		bis(2-Chloroethoxy)methane	0.396	0.450	-13.6	83	0.00
29	C	2,4-Dichlorophenol	0.317	0.361	-13.9	82	0.00
30		1,2,4-Trichlorobenzene	0.346	0.389	-12.4	82	0.00
31		Naphthalene	1.023	1.145	-11.9	81	-0.01
32		Benzoic acid	0.235	0.278	-18.3	84	-0.02
33		4-Chloroaniline	0.450	0.511	-13.6	83	0.00
34	C	Hexachlorobutadiene	0.208	0.231	-11.1	81	0.00
35		Caprolactam	0.105	0.119	-13.3	84	0.00
36	C	4-Chloro-3-methylphenol	0.317	0.363	-14.5	84	0.00
37		2-Methylnaphthalene	0.665	0.737	-10.8	81	0.00
38		1-Methylnaphthalene	0.698	0.787	-12.8	82	0.00
39	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	72	0.00
40		1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	0.599	0.685	-14.4	83	0.01
41	P	Hexachlorocyclopentadiene	0.358	0.434	-21.2	88	0.00
42	S	2,4,6-Tribromophenol	0.295	0.319	-8.1	80	0.00
43	C	2,4,6-Trichlorophenol	0.410	0.467	-13.9	82	0.00
44		2,4,5-Trichlorophenol	0.451	0.508	-12.6	81	0.00
45	S	2-Fluorobiphenyl	1.419	1.442	-1.6	74	0.00
46		1,1'-Biphenyl	1.450	1.646	-13.5	83	0.00
47		2-Chloronaphthalene	1.132	1.275	-12.6	83	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072125\
Data File : BP025204.D
Acq On : 21 Jul 2025 19:55
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP072125

Quant Time: Jul 22 02:56:36 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP072125.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 22 02:55:21 2025
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
48		2-Nitroaniline	0.289	0.334	-15.6	83	0.00
49		Acenaphthylene	1.831	2.112	-15.3	84	0.00
50		Dimethylphthalate	1.430	1.600	-11.9	83	0.00
51		2,6-Dinitrotoluene	0.311	0.359	-15.4	83	0.00
52	C	Acenaphthene	1.059	1.204	-13.7	84	0.00
53		3-Nitroaniline	0.350	0.402	-14.9	84	0.00
54	P	2,4-Dinitrophenol	0.184	0.215	-16.8	86	0.00
55		Dibenzofuran	1.710	1.961	-14.7	84	0.00
56	P	4-Nitrophenol	0.300	0.347	-15.7	86	0.00
57		2,4-Dinitrotoluene	0.435	0.510	-17.2	84	0.00
58		Fluorene	1.358	1.556	-14.6	84	0.00
59		2,3,4,6-Tetrachlorophenol	0.399	0.456	-14.3	84	0.00
60		Diethylphthalate	1.410	1.580	-12.1	82	0.00
61		4-Chlorophenyl-phenylether	0.686	0.777	-13.3	83	0.00
62		4-Nitroaniline	0.356	0.412	-15.7	85	0.00
63		Azobenzene	1.149	1.314	-14.4	84	0.00
64	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	74	0.00
65		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.129	0.151	-17.1	85	0.00
66	c	n-Nitrosodiphenylamine	0.607	0.684	-12.7	85	0.00
67		4-Bromophenyl-phenylether	0.233	0.257	-10.3	82	0.00
68		Hexachlorobenzene	0.277	0.311	-12.3	82	0.00
69		Atrazine	0.225	0.256	-13.8	86	0.00
70	C	Pentachlorophenol	0.188	0.215	-14.4	84	0.00
71		Phenanthrene	1.079	1.231	-14.1	86	0.00
72		Anthracene	1.087	1.248	-14.8	86	0.00
73		Carbazole	1.037	1.186	-14.4	86	0.00
74		Di-n-butylphthalate	1.197	1.407	-17.5	86	0.00
75	C	Fluoranthene	1.270	1.471	-15.8	87	0.00
76	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	79	0.00
77		Benzidine	0.702	0.877	-24.9	82	0.00
78		Pyrene	1.233	1.423	-15.4	89	0.00
79	S	Terphenyl-d14	1.013	0.994	1.9	88	0.00
80		Butylbenzylphthalate	0.558	0.631	-13.1	88	0.00
81		Benzo(a)anthracene	1.263	1.414	-12.0	90	0.00
82		3,3'-Dichlorobenzidine	0.524	0.600	-14.5	93	0.01
83		Chrysene	1.179	1.342	-13.8	92	0.00
84		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.798	0.905	-13.4	89	0.00
85	c	Di-n-octyl phthalate	1.378	1.613	-17.1	92	0.00
86	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	81	0.00
87		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.462	1.635	-11.8	93	0.01
88		Benzo(b)fluoranthene	1.145	1.272	-11.1	91	0.01
89		Benzo(k)fluoranthene	1.130	1.263	-11.8	90	0.00
90	C	Benzo(a)pyrene	1.117	1.258	-12.6	92	0.01
91		Dibenzo(a,h)anthracene	1.192	1.338	-12.2	92	0.00
92		Benzo(g,h,i)perylene	1.172	1.298	-10.8	91	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Data\BP072125\
Data File : BP025204.D
Acq On : 21 Jul 2025 19:55
Operator : CG/JU
Sample : SSTDICV040
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_P
ClientSampleId :
ICVBP072125

Quant Time: Jul 22 02:56:36 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_P\Methods\8270E-BP072125.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 22 02:55:21 2025
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0