

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Data\BF072125\									
Data File : BF143168.D									
Acq On : 21 Jul 2025 13:26									
Operator : RC/JU									
Sample : SSTDCCC040									
Misc :									
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1									
Quant Time: Jul 21 13:49:49 2025									
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\8270-BF071725.M									
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION									
QLast Update : Thu Jul 17 15:14:05 2025									
Response via : Initial Calibration									
Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min									
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%									

