Response Factor Report BNA_F

Method Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\
Method File : 8270-BF071725.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Thu Jul 17 15:14:05 2025
Response Via : Initial Calibration

Calibration Files
2.5 =BF143140.D 5 =BF143141.D 10 =BF143142.D 20 =BF143143.D 40 =BF143144.D 50 =BF143145.D 60 =BF143146.D 80 =BF1431
47.D

		Compound	2.5	5	10	20	40	50	60	80	Avg	%RSD
1)	I	1,4-Dichlorobenzen...	----------	ISTD	----------							
2)		1,4-Dioxane		0.622	0.582	0.614	0.600	0.625	0.584	0.558	0.598	4.09
3)		Pyridine		1.631	1.557	1.551	1.530	1.618	1.525	1.452	1.552	3.88
4)		n-Nitrosodimet...			0.776	0.799	0.810	0.851	0.804	0.768	0.801	3.66
5)	S	2-Fluorophenol		1.385	1.313	1.319	1.231	1.284	1.194	1.121	1.264	7.00
6)		Aniline		2.334	2.259	2.273	2.204	2.292	2.139	2.018	2.217	4.86
7)	S	Phenol-d6		1.733	1.640	1.657	1.554	1.632	1.506	1.413	1.591	6.72
8)		2-Chlorophenol		1.391	1.343	1.371	1.310	1.369	1.284	1.205	1.325	4.87
9)		Benzaldehyde			1.167	1.163	1.443	1.411	1.122	0.851	1.193	18.13
10)	C	Phenol		1.882	1.767	1.776	1.711	1.788	1.675	1.531	1.733	6.37
11)		bis(2-Chloroet...		1.419	1.343	1.379	1.303	1.361	1.281	1.203	1.327	5.40
12)		1,3-Dichlorobe...		1.572	1.513	1.494	1.401	1.466	1.362	1.266	1.439	7.18
13)	C	1,4-Dichlorobe...		1.602	1.518	1.502	1.418	1.473	1.357	1.275	1.449	7.52
14)		1,2-Dichlorobe...		1.509	1.413	1.445	1.343	1.413	1.303	1.223	1.378	6.96
15)		Benzyl Alcohol			1.214	1.246	1.215	1.278	1.193	1.141	1.215	3.85
16)		2,2'-oxybis(1-...		2.670	2.553	2.545	2.421	2.517	2.343	2.182	2.461	6.55
17)		2-Methylphenol		1.178	1.111	1.141	1.097	1.160	1.084	1.026	1.114	4.61
18)		Hexachloroethane		0.522	0.498	0.522	0.495	0.525	0.491	0.460	0.502	4.68
19)	P	n-Nitroso-di-n...	1.101	1.111	1.051	1.028	0.986	1.023	0.953	0.912	1.021	6.76
20)		3+4-Methylphenols			1.467	1.469	1.341	1.402	1.268	1.162	1.351	8.95
21)	I	Naphthalene-d8	----------	ISTD	----------							
22)		Acetophenone		0.527	0.504	0.501	0.455	0.476	0.442	0.409	0.474	8.65
23)	S	Nitrobenzene-d5		0.407	0.394	0.417	0.399	0.417	0.397	0.378	0.401	3.47
24)		Nitrobenzene		0.380	0.370	0.388	0.375	0.388	0.373	0.345	0.374	3.88
25)		Isophorone		0.748	0.707	0.711	0.692	0.734	0.699	0.667	0.708	3.75
26)	C	2-Nitrophenol		0.133	0.141	0.164	0.172	0.182	0.177	0.168	0.162	11.25
27)		2,4-Dimethylph...		0.356	0.340	0.341	0.324	0.338	0.319	0.298	0.331	5.70
28)		bis(2-Chloroet...		0.463	0.437	0.442	0.413	0.430	0.405	0.383	0.425	6.28
29)	C	2,4-Dichloroph...		0.292	0.282	0.287	0.276	0.289	0.271	0.256	0.279	4.44
30)		1,2,4-Trichlor...		0.329	0.307	0.318	0.294	0.303	0.290	0.270	0.302	6.43
31)		Naphthalene		1.118	1.038	1.032	0.954	0.986	0.916	0.851	0.985	8.91
32)		Benzoic acid			0.104	0.149	0.180	0.197	0.187	0.194	0.169	21.36
33)		4-Chloroaniline		0.437	0.417	0.419	0.390	0.408	0.383	0.361	0.402	6.33
34)	C	Hexachlorobuta...		0.193	0.190	0.191	0.181	0.188	0.179	0.169	0.184	4.59
35)		Caprolactam			0.078	0.084	0.087	0.091	0.085	0.082	0.084	5.35
36)	C	4-Chloro-3-met...		0.319	0.310	0.307	0.301	0.311	0.294	0.282	0.303	4.04
37)		2-Methylnaphth...		0.667	0.634	0.628	0.580	0.603	0.561	0.522	0.599	8.17
38)		1-Methylnaphth...		0.682	0.652	0.650	0.599	0.621	0.579	0.537	0.617	8.05

Method Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\
Method File : 8270-BF071725.M

39)	I	Acenaphthene-d10	----------ISTD----------								
40)		1,2,4,5-Tetrac...	0.638	0.598	0.601	0.550	0.582	0.558	0.515	0.577	6.93
41)	P	Hexachlorocycl...		0.337	0.373	0.373	0.404	0.393	0.374	0.376	6.14
42)	S	2,4,6-Tribromo...	0.200	0.202	0.212	0.210	0.218	0.206	0.198	0.207	3.55
43)	C	2,4,6-Trichlor...	0.391	0.406	0.412	0.384	0.429	0.401	0.374	0.400	4.63
44)		2,4,5-Trichlor...	0.404	0.387	0.411	0.405	0.411	0.395	0.384	0.400	2.76
45)	S	2-Fluorobiphenyl	1.761	1.644	1.547	1.358	1.414	1.323	1.190	1.462	13.58
46)		1,1'-Biphenyl	1.748	1.667	1.640	1.489	1.553	1.472	1.353	1.560	8.62
47)		2-Chloronaphth...	1.268	1.223	1.192	1.103	1.166	1.104	1.026	1.155	7.14
48)		2-Nitroaniline	0.305	0.333	0.372	0.377	0.396	0.386	0.366	0.362	8.85
49)		Acenaphthylene	2.134	2.052	2.011	1.860	1.958	1.834	1.694	1.935	7.71
50)		Dimethylphthalate	1.422	1.340	1.340	1.279	1.325	1.251	1.169	1.304	6.16
51)		2,6-Dinitrotol...	0.225	0.250	0.272	0.278	0.289	0.277	0.266	0.265	8.14
52)	C	Acenaphthene	1.278	1.194	1.184	1.096	1.155	1.083	1.016	1.144	7.53
53)		3-Nitroaniline	0.285	0.300	0.315	0.317	0.334	0.318	0.303	0.310	5.13
54)	P	2,4-Dinitrophenol		0.051	0.081	0.104	0.116	0.118	0.121	0.098	28.02
55)		Dibenzofuran	1.929	1.807	1.766	1.633	1.698	1.587	1.465	1.698	9.02
56)	P	4-Nitrophenol		0.200	0.228	0.246	0.250	0.237	0.229	0.232	7.70
57)		2,4-Dinitrotol...	0.269	0.296	0.342	0.354	0.372	0.354	0.341	0.333	11.03
58)		Fluorene	1.480	1.402	1.322	1.212	1.257	1.161	1.086	1.274	10.79
59)		2,3,4,6-Tetrac...	0.321	0.331	0.345	0.333	0.351	0.329	0.309	0.331	4.30
60)		Diethylphthalate	1.377	1.322	1.335	1.269	1.329	1.231	1.158	1.289	5.81
61)		4-Chlorophenyl...	0.710	0.670	0.657	0.612	0.633	0.601	0.558	0.635	7.86
62)		4-Nitroaniline	0.236	0.255	0.266	0.280	0.289	0.270	0.265	0.266	6.44
63)		Azobenzene	1.452	1.401	1.389	1.320	1.364	1.278	1.196	1.343	6.38
64)	I	Phenanthrene-d10	----------ISTD----------								
65)		4,6-Dinitro-2-...		0.054	0.087	0.097	0.110	0.109	0.109	0.094	22.88
66)	c	n-Nitrosodiphe...	0.761	0.728	0.721	0.674	0.726	0.685	0.634	0.704	6.03
67)		4-Bromophenyl-...	0.252	0.238	0.241	0.228	0.247	0.239	0.223	0.238	4.26
68)		Hexachlorobenzene	0.269	0.248	0.252	0.239	0.258	0.245	0.233	0.249	4.80
69)		Atrazine	0.184	0.187	0.198	0.196	0.208	0.197	0.189	0.194	4.32
70)	C	Pentachlorophenol		0.119	0.146	0.148	0.160	0.155	0.150	0.147	9.70
71)		Phenanthrene	1.191	1.100	1.117	1.020	1.069	1.002	0.934	1.062	7.98
72)		Anthracene	1.184	1.136	1.134	1.038	1.095	1.038	0.956	1.083	7.13
73)		Carbazole	1.042	0.969	0.982	0.929	0.963	0.899	0.836	0.946	6.93
74)		Di-n-butylphth...	1.076	1.054	1.129	1.074	1.119	1.048	0.990	1.070	4.36
75)	C	Fluoranthene	1.085	0.987	1.018	0.953	0.979	0.928	0.873	0.975	6.91
76)	I	Chrysene-d12	----------ISTD----------								
77)		Benzidine		0.758	0.844	0.953	0.697	0.601		0.771	17.53
78)		Pyrene	1.909	1.783	1.783	1.715	1.740	1.523	1.494	1.707	8.72
79)	S	Terphenyl-d14	1.567	1.456	1.419	1.311	1.342	1.191	1.122	1.344	11.43
80)		Butylbenzylpht...	0.438	0.472	0.536	0.544	0.582	0.556	0.532	0.523	9.61
81)		Benzo(a)anthra...	1.374	1.367	1.381	1.282	1.422	1.313	1.235	1.339	4.86
82)		3,3'-Dichlorob...		0.437	0.495	0.429	0.476	0.440	0.401	0.446	7.58
83)		Chrysene	1.282	1.174	1.247	1.206	1.218	1.173	1.127	1.204	4.29
84)		Bis(2-ethylhex...	0.691	0.755	0.824	0.789	0.862	0.826	0.789	0.791	7.03
85)	c	Di-n-octyl pht...		1.274	1.428	1.384	1.550	1.508	1.461	1.434	6.83

Method Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_F\Methods\
Method File : 8270-BF071725.M

86)	I	Perylene-d12	----------ISTD----------							
87)		Indeno(1,2,3-c...	1.424	1.336	1.430	1.413	1.505	1.411	1.352	1.410	3.92
88)		Benzo(b)fluora...	1.231	1.136	1.287	1.147	1.352	1.188	1.212	1.222	6.30
89)		Benzo(k)fluora...	1.168	1.152	1.093	1.134	1.069	1.080	0.937	1.090	7.10
90)	C	Benzo(a)pyrene	1.129	1.102	1.147	1.121	1.192	1.121	1.070	1.126	3.35
91)		Dibenzo(a,h)an...	1.159	1.103	1.179	1.147	1.221	1.140	1.087	1.148	3.92
92)		Benzo(g,h,i)pe...	1.100	1.047	1.140	1.109	1.196	1.113	1.067	1.110	4.37

(#) = Out of Range



Response = 2.090e-001 * Amt - 5.410e-002
Coef of Det (r^2) = 0.998491 Curve Fit: wlr(1/a)
Method Name: Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Methods\8270-BF071725.M
Calibration Table Last Updated: Thu Jul 17 15:14:05 2025



Response = 1.311e-001 * Amt - 4.369e-002
Coef of Det (r^2) = 0.998465 Curve Fit: wlr(1/a)
Method Name: Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Methods\8270-BF071725.M
Calibration Table Last Updated: Thu Jul 17 15:14:05 2025



Response = 1.182e-001 * Amt - 3.198e-002
Coef of Det (r^2) = 0.998318 Curve Fit: wlr(1/a)
Method Name: Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA F\Methods\8270-BF071725.M
Calibration Table Last Updated: Thu Jul 17 15:14:05 2025