DFTPP

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG082825\
Data File : BG064217.D
Acq On : 28 Aug 2025 10:11
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
DFTPP

Integration File: rteint.p

Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG082825.M
Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
Last Update : Thu Aug 28 17:41:58 2025




AutoFind: Scans 2481, 2482, 2483; Background Corrected with Scan 2474

| Target Mass | Rel. to Mass | Lower Limit% | Upper Limit% | Rel. Abn% | Raw Abn | Result Pass/Fail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 69 | 0.00 | 2 | 0.4 | 117 | PASS |
| 69 | 69 | 100 | 100 | 100.0 | 28923 | PASS |
| 70 | 69 | 0.00 | 2 | 0.4 | 125 | PASS |
| 197 | 198 | 0.00 | 2 | 0.0 | 0 | PASS |
| 198 | 198 | 100 | 100 | 100.0 | 83360 | PASS |
| 199 | 198 | 5 | 9 | 7.1 | 5910 | PASS |
| 365 | 198 | 1 | 100 | 5.2 | 4294 | PASS |
| 441 | 443 | 0.01 | 150 | 88.5 | 12527 | PASS |
| 442 | 442 | 100 | 100 | 100.0 | 75725 | PASS |
| 443 | 442 | 15 | 24 | 18.7 | 14159 | PASS |

## DDT Breakdown

| Date | Instrument Name | DFTPP Data File |
|---|---|---|
| 8/28/2025 | BNA_G | BG064217.D |
| | | |
| | | |
| **Compound Name** | **Response** | **Retention Time** |
| | | |
| DDT | 277057 | 20.691 |
| DDD | 7102 | 20.25 |
| DDE | 200 | 19.751 |
| | | |
| | | |
| **SUM(DDD+DDE)** | **SUM(DDT+DDD+DDE)** | **% Breakdown Of DDT** |
| | | |
| 7302 | 284359 | 2.57 |
| | | |

Instrument :
BNA_G
ClientSampleId :
DFTPP

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG082825\
Data File : BG064217.D
Acq On : 28 Aug 2025 10:11
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
DFTPP

Quant Time: Aug 28 14:37:31 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG082825.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 28 14:36:10 2025
Response via : Initial Calibration










TIC: BG064217.D\data.ms

**(70) Pentachlorophenol (C)**

**16.872min (-0.000) 25238.02 ng**

**response 93526**

| Ion | Exp% | Act% |
|---|---|---|
| 265.70 | 100.00 | 100.00 |
| 268.00 | 61.70 | 64.00 |
| 264.00 | 55.40 | 60.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Quantitation Report (Qedit)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Data\BG082825\
Data File : BG064217.D
Acq On : 28 Aug 2025 10:11
Operator : RC/JU
Sample : DFTPP
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
BNA_G
**ClientSampleId :**
DFTPP

Quant Time: Aug 28 14:37:31 2025
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_G\Methods\8270-BG082825.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 28 14:36:10 2025
Response via : Initial Calibration










TIC: BG064217.D\data.ms

**(77) Benzidine**

**19.457min (-0.000) 328145.89 ng m**

**response 550762**

| Ion | Exp% | Act% |
|---|---|---|
| 184.00 | 100.00 | 100.00 |
| 185.00 | 14.60 | 13.29 |
| 183.00 | 12.10 | 12.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |