Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Data\PD091620\
Data File : PD059232.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On   : 15 Sep 2020 21:01
Operator : DD\AJ
Sample   : PTOXICV500
Misc   :
ALS Vial : 22   Sample Multiplier: 1

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 16 04:06:07 2020
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\DTX091620.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Wed Sep 16 04:05:05 2020
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj.   : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2   Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.50µm

Min. RRF   :   0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25%   Max. Rel. Area : 150%

	Compound	AvgRF	CCRF		%Dev	Area%	Dev(Min)
1 SA	Tetrachloro-m-xylene	895.578	898.471	E3	-0.3	100	0.00
2	Toxaphene-1	10.001	10.264	E3	-2.6	101	0.00
3	Toxaphene-2	15.784	15.643	E3	0.9	101	0.00
4	Toxaphene-3	15.742	15.997	E3	-1.6	101	0.00
5	Toxaphene-4	6.691	7.219	E3	-7.9	100	0.00
6	Toxaphene-5	5.828	5.536	E3	5.0	92	0.00
7 SA	Decachlorobiphenyl	932.998	949.382	E3	-1.8	102	0.00

Signal #2

1 SA	Tetrachloro-m-xylene	1.699	1.684	E6	0.9	99	0.00
2	Toxaphene-1	18.491	17.859	E3	3.4	96	0.00
3	Toxaphene-2	21.131	21.275	E3	-0.7	99	0.00
4	Toxaphene-3	43.933	45.738	E3	-4.1	103	0.00
5	Toxaphene-4	27.716	28.535	E3	-3.0	100	0.00
6	Toxaphene-5	21.452	21.953	E3	-2.3	97	0.00
7 SA	Decachlorobiphenyl	1.590	1.578	E6	0.8	102	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report - Not Founds

Signal #2

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0