Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Data\PD092619\
Data File : PD055022.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 26 Sep 2019 23:43
Operator : SG\AJ
Sample : INDA311
Misc :
ALS Vial : 36 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_D
ClientSampleId : INDA311

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 27 01:37:00 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\PD092319CLP.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Tue Sep 24 07:21:19 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2 Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.50µm

		Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
		System Monitoring Compounds						
1)	SA	Tetrachlo...	3.291	3.962	16903682	22100336	22.219	21.536
27)	SA	Decachlor...	7.971	8.998	33527521	41983866	39.791	36.036
		Target Compounds						
2)	A	alpha-BHC	3.719	4.349	24514846	30325134	22.079	21.036
3)	MA	gamma-BHC...	3.994	4.631	22783684	29705178	21.248	21.215
4)	MA	Heptachlor	4.280	5.138	20277110	29209523	21.919	20.718
9)	A	Endosulfan I	5.288	6.181	19305179	25575467	21.751	20.272
13)	MA	Dieldrin	5.529	6.437	43348776	56098295	44.039	40.203
14)	MA	Endrin	5.782	6.653	35872035	43307309	43.142	39.321
16)	A	4,4'-DDD	5.916	6.775	35290722	46384748	48.657	42.735
17)	MA	4,4'-DDT	6.153	7.073	26144456	40102740	39.226	36.634
20)	A	Methoxychlor	6.702	7.529	76014189	115.7E6	214.393	185.424

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Data\PD092619\
Data File : PD055022.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 26 Sep 2019 23:43
Operator : SG\AJ
Sample : INDA311
Misc :
ALS Vial : 36 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_D
ClientSampleId :
INDA311

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 27 01:37:00 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\PD092319CLP.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Tue Sep 24 07:21:19 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2 Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.50µm