Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Data\PD092724\
Data File : PD085703.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 27 Sep 2024 14:44
Operator : AR\AJ
Sample : INDA501
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 27 14:56:18 2024
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\PD092724CLP.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Fri Sep 27 14:56:07 2024
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.5 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1) SA	Tetrachlo...	3.443	2.879	79473906	317.7E6	75.860	75.027
27) SA	Decachlor...	8.887	8.063	217.2E6	571.4E6	147.308	147.773
	Target Compounds						
2) A	alpha-BHC	3.885	3.387	161.0E6	511.3E6	88.455	79.163
3) MA	gamma-BHC...	4.211	3.721	154.1E6	482.2E6	81.398	78.290
4) MA	Heptachlor	4.804	4.073	142.0E6	460.9E6	83.045	77.084
9) A	Endosulfan I	5.942	5.235	119.8E6	387.4E6	80.160	75.632
13) MA	Dieldrin	6.213	5.502	277.4E6	870.1E6	169.919	153.990
14) MA	Endrin	6.439	5.779	204.9E6	692.6E6	170.626	154.315
16) A	4,4'-DDD	6.574	5.919	187.6E6	654.4E6	170.313	153.935
17) MA	4,4'-DDT	6.887	6.173	193.5E6	693.1E6	174.072	158.569
20) A	Methoxychlor	7.359	6.745	512.1E6	1480.1E6	816.084	702.189

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Data\PD092724\
Data File : PD085703.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 27 Sep 2024 14:44
Operator : AR\AJ
Sample : INDA501
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 27 14:56:18 2024
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\PD092724CLP.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Fri Sep 27 14:56:07 2024
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.5 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm