Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Data\PD101519\
Data File : PD055301.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 16 Oct 2019 03:48
Operator : SG\AJ
Sample : INDA321
Misc :
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_D
ClientSampleId : INDA321

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 16 05:58:59 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\PD101519CLP.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Wed Oct 16 04:32:26 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2 Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.50µm

		Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
		System Monitoring Compounds						
1)	SA	Tetrachlo...	3.291	3.963	13770018	20147747	21.796	21.632
27)	SA	Decachlor...	7.968	8.999	29674198	41216299	42.887	41.747
		Target Compounds						
2)	A	alpha-BHC	3.718	4.350	19906074	27621857	21.208	21.285
3)	MA	gamma-BHC...	3.993	4.632	18723348	27349175	21.494	21.231
4)	MA	Heptachlor	4.279	5.139	12790434	26403317	24.745	22.137
9)	A	Endosulfan I	5.286	6.181	15409174	24232264	21.244	21.486
13)	MA	Dieldrin	5.526	6.437	34745092	53529832	43.370	42.373
14)	MA	Endrin	5.780	6.654	26150834	38033889	40.367	38.459
16)	A	4,4'-DDD	5.914	6.775	26284049	43796479	45.220	42.932
17)	MA	4,4'-DDT	6.149	7.074	18262420	37833054	45.551	40.481
20)	A	Methoxychlor	6.699	7.530	53761135	113.7E6	246.576	208.158

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Data\PD101519\
Data File : PD055301.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 16 Oct 2019 03:48
Operator : SG\AJ
Sample : INDA321
Misc :
ALS Vial : 53 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_D
ClientSampleId :
INDA321

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 16 05:58:59 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_D\Method\PD101519CLP.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Wed Oct 16 04:32:26 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2 Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.50µm