Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\Data\PL050619\
Data File : PL048217.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 06 May 2019 16:05
Operator : AJ\SJ
Sample : K2639-04
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_L
ClientSampleId : NB-08-050319-B

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: May 07 00:46:58 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\methods\PL050119.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Thu May 02 09:36:55 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2 Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x0.5µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
	System Monitoring Compounds							
1)	SA Tetrachlo...	3.328	3.940	235.4E6	61823375	24.297	24.820	
28)	SA Decachlor...	7.998	8.978	232.2E6	64186515	23.091	24.182	
	Target Compounds							
4)	MA Heptachlor	0.000	5.099f	0	10706271	N.D.	3.093	#
7)	B delta-BHC	0.000	4.976f	0	9008114	N.D.	3.185	#
14)	MA Endrin	5.825	0.000	5012784	0	0.412	N.D.	#

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\Data\PL050619\
Data File : PL048217.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 06 May 2019 16:05
Operator : AJ\SJ
Sample : K2639-04
Misc :
ALS Vial : 11 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
NB-08-050319-B

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: May 07 00:46:58 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\methods\PL050119.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Thu May 02 09:36:55 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2 Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x0.5µm







#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 3.328 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 235359134
Conc: 24.30 ng/ml

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
NB-08-050319-B



#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 3.940 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 61823375
Conc: 24.82 ng/ml



#4 Heptachlor

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 4.317 min
Response: 0
Conc: N.D.



#4 Heptachlor

R.T.: 5.099 min
Delta R.T.: -0.017 min
Response: 10706271
Conc: 3.09 ng/ml



#7 delta-BHC

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 4.479 min
Response: 0
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
NB-08-050319-B



#7 delta-BHC

R.T.: 4.976 min
Delta R.T.: -0.024 min
Response: 9008114
Conc: 3.19 ng/ml



#14 Endrin

R.T.: 5.825 min
Delta R.T.: 0.011 min
Response: 5012784
Conc: 0.41 ng/ml



#14 Endrin

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 6.632 min
Response: 0
Conc: N.D.



#28 Decachlorobiphenyl

R.T.: 7.998 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 232164918
Conc: 23.09 ng/ml

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
NB-08-050319-B



#28 Decachlorobiphenyl

R.T.: 8.978 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 64186515
Conc: 24.18 ng/ml