Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\Data\PL080919\
Data File : PL051260.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 09 Aug 2019 18:31
Operator : SM\AJ
Sample : K4219-05
Misc :
ALS Vial : 37 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
VNJ-239-217-225-230

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Aug 10 02:34:44 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\methods\PL071719.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Fri Jul 19 01:19:13 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2 Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x0.5µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
	System Monitoring Compounds							
1)	SA Tetrachlo...	3.318	3.928	141.9E6	37369911	14.118	13.098	
28)	SA Decachlor...	7.980	8.958	136.1E6	38986123	13.439	13.786	
	Target Compounds							
6)	B beta-BHC	0.000	4.802f	0	5052991	N.D.	2.923	#
8)	B Heptachlo...	0.000	5.804	0	4479545	N.D.	1.171	#
9)	A Endosulfan I	5.301	0.000	7367847	0	0.507	N.D.	#

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\Data\PL080919\
Data File : PL051260.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 09 Aug 2019 18:31
Operator : SM\AJ
Sample : K4219-05
Misc :
ALS Vial : 37 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
VNJ-239-217-225-230

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Aug 10 02:34:44 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_L\methods\PL071719.M
Quant Title : GC Extractables
QLast Update : Fri Jul 19 01:19:13 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR2 Signal #2 Phase: ZB-MR1
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.2 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x0.5µm







#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 3.318 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 141855971
Conc: 14.12 ng/ml

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
VNJ-239-217-225-230



#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 3.928 min
Delta R.T.: -0.003 min
Response: 37369911
Conc: 13.10 ng/ml



#6 beta-BHC

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 4.276 min
Response: 0
Conc: N.D.



#6 beta-BHC

R.T.: 4.802 min
Delta R.T.: 0.024 min
Response: 5052991
Conc: 2.92 ng/ml



#8 Heptachlor epoxide

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 4.979 min
Response: 0
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
VNJ-239-217-225-230



#8 Heptachlor epoxide

R.T.: 5.804 min
Delta R.T.: 0.012 min
Response: 4479545
Conc: 1.17 ng/ml



#9 Endosulfan I

R.T.: 5.301 min
Delta R.T.: -0.009 min
Response: 7367847
Conc: 0.51 ng/ml



#9 Endosulfan I

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 6.148 min
Response: 0
Conc: N.D.



#28 Decachlorobiphenyl

R.T.: 7.980 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 136078583
Conc: 13.44 ng/ml

Instrument :
ECD_L
ClientSampleId :
VNJ-239-217-225-230



#28 Decachlorobiphenyl

R.T.: 8.958 min
Delta R.T.: -0.003 min
Response: 38986123
Conc: 13.79 ng/ml