Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO061223\
Data File : PO095624.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 12 Jun 2023 20:55
Operator : YP/AJ
Sample : AR1248CCC500
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :
AR1248CCC500

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jun 12 22:53:10 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO060923.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Sat Jun 10 06:51:01 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	4.403	3.621	179.0E6	76946192	41.752	42.326
2)	SA Decachlor...	10.237	8.674	120.2E6	53706576	48.248	48.223
	Target Compounds						
21)	L5 AR-1248-1	5.584	4.714	33697313	13150896	500.026	511.795
22)	L5 AR-1248-2	5.861	4.953	51468094	21391405	475.472	488.371
23)	L5 AR-1248-3	6.067	4.994	53721005	22202814	485.952	491.940
24)	L5 AR-1248-4	6.474	5.167	53559572	24923557	487.534	490.925
25)	L5 AR-1248-5	6.513	5.563	54470149	19929178	484.498	517.503

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO061223\
Data File : PO095624.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 12 Jun 2023 20:55
Operator : YP/AJ
Sample : AR1248CCC500
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :
AR1248CCC500

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jun 12 22:53:10 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO060923.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Sat Jun 10 06:51:01 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm