Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO062923\
Data File : PO096088.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 29 Jun 2023 21:38
Operator : YP/AJ
Sample : 03470-02 10X
Misc :
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :
BC216351-1-2

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jun 30 04:57:01 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO062023.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Jun 21 13:08:39 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	4.417	3.634	4740326	2171100	1.629	1.600
2)	SA Decachlor...	10.242	8.667	4660676	2556920	2.250	2.085
	Target Compounds						
26)	L6 AR-1254-1	6.460	5.529	3813995	2729463	40.056	36.853
27)	L6 AR-1254-2	6.680	5.677	6255520	2839524	45.043	41.610
28)	L6 AR-1254-3	7.049	6.082	5866883	3755124	43.426	37.710
29)	L6 AR-1254-4	7.337	6.312	4295348	2211392	47.903	37.469
30)	L6 AR-1254-5	7.758	6.732	5231593	3470223	50.858	38.918

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO062923\
Data File : PO096088.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 29 Jun 2023 21:38
Operator : YP/AJ
Sample : 03470-02 10X
Misc :
ALS Vial : 30 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :
BC216351-1-2

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jun 30 04:57:01 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO062023.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Jun 21 13:08:39 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm