Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO090623\
Data File : PO097773.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 06 Sep 2023 22:39
Operator : YP/AJ
Sample : AR1254ICC050
Misc :
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :
AR1254ICC050

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 07 02:09:13 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO090623.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Sep 07 01:58:31 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	4.442	3.622	19424734	4420046	4.811	4.537
2)	SA Decachlor...	10.294	8.661	8884143	4179730	4.737	4.858
	Target Compounds						
26)	L6 AR-1254-1	6.483	5.520	6357436	2786482	51.856	51.257
27)	L6 AR-1254-2	6.704	5.668	9359207	2516909	52.174	52.267
28)	L6 AR-1254-3	7.073	6.074	9446723	3606407	53.345	48.813
29)	L6 AR-1254-4	7.362	6.303	5352583	1978844	49.728	49.930
30)	L6 AR-1254-5	7.786	6.724	5735571	2940232	47.704	47.739

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO090623\
Data File : PO097773.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 06 Sep 2023 22:39
Operator : YP/AJ
Sample : AR1254ICC050
Misc :
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :
AR1254ICC050

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 07 02:09:13 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO090623.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Sep 07 01:58:31 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm