Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO101623\
Data File : PO098844.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 16 Oct 2023 18:58
Operator : YP/AJ
Sample : 04892-05
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 17 01:03:03 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO092723.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Sep 28 01:18:56 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
	System Monitoring Compounds							
1)	SA Tetrachlo...	4.479	3.633	37361165	14338243	19.457	18.409	
2)	SA Decachlor...	10.290	8.637	25129551	10115419	20.702	18.880	
	Target Compounds							
3)	L1 AR-1016-1	5.670	4.701	427294	112223	7.906	4.702	#
4)	L1 AR-1016-2	5.670	4.764	427294	237124	5.263	6.964	#
5)	L1 AR-1016-3	5.755	4.926	154879	49557	3.096	2.755	
6)	L1 AR-1016-4	5.873	4.954	21880	59380	0.560	3.961	#
7)	L1 AR-1016-5	6.162	5.187	23874	41144	0.581	2.119	#
8)	L2 AR-1221-1	4.689	3.851	1085596	1256170	48.216	136.725	#
9)	L2 AR-1221-2	4.788	3.918	568272	1319547	33.679	198.443	#
10)	L2 AR-1221-3	4.886	4.010	4127565	48433	84.395	2.401	#
11)	L3 AR-1232-1	4.886	4.010	4127565	48433	101.049	2.882	#
12)	L3 AR-1232-2	5.391	4.764	368380	237124	17.033	15.780	
13)	L3 AR-1232-3	5.670	4.926	427294	49557	12.020	6.332	#
14)	L3 AR-1232-4	5.873	5.011	21880	169690	1.289	22.568	#
15)	L3 AR-1232-5	5.936	5.187	138290	41144	9.713	5.086	#
16)	L4 AR-1242-1	5.670	4.701	427294	112223	9.384	5.360	#
17)	L4 AR-1242-2	5.670	4.764	427294	237124	6.239	8.155	#
18)	L4 AR-1242-3	5.755	4.926	154879	49557	3.657	3.171	
19)	L4 AR-1242-4	5.873	5.011	21880	169690	0.667	10.245	#
20)	L4 AR-1242-5	6.591	5.521	568782	463949	16.058	24.999	#
21)	L5 AR-1248-1	5.670	4.701	427294	112223	12.626	7.161	#
22)	L5 AR-1248-2	5.936	4.954	138290	59380	2.670	2.698	
23)	L5 AR-1248-3	6.162	5.011	23874	169690	0.422	7.227	#
24)	L5 AR-1248-4	6.549	5.187	597651	41144	10.543	1.542	#
25)	L5 AR-1248-5	6.591	5.583	568782	526053	9.616	22.294	#
26)	L6 AR-1254-1	6.529	5.521	156093	463949	2.471	12.100	#
27)	L6 AR-1254-2	6.746	5.665	518570	450065	5.404	13.073	#
28)	L6 AR-1254-3	7.111	6.087	932528	1457337	9.911	28.046	#
29)	L6 AR-1254-4	7.399	6.289	72784	264851	1.250	9.649	#
30)	L6 AR-1254-5	7.827	6.716	699715	190900	10.018	4.407	#
31)	L7 AR-1260-1	7.274	6.201	36392	546545	0.500	14.896	#
32)	L7 AR-1260-2	7.511	6.383	1544469	422984	18.757	10.081	#
33)	L7 AR-1260-3	7.917	6.542	410861	99199	6.642	2.479	#
34)	L7 AR-1260-4	8.090	6.997	2111372	188143	31.320	5.842	#
35)	L7 AR-1260-5	8.431	7.256	520362	104081	4.005	1.486	#
36)	L8 AR-1262-1	7.917	6.743	410861	26691	4.724	0.590	#
37)	L8 AR-1262-2	8.453	6.997	160762	188143	1.140	4.666	#
38)	L8 AR-1262-3	8.760	7.543	24780	471783	0.251	15.197	#
39)	L8 AR-1262-4	8.850	7.601	50869	169146	0.663	3.122	#
40)	L8 AR-1262-5	9.519	8.103	19646	23927	0.405	0.969	#
41)	L9 AR-1268-1	8.760	7.543	24780	471783	0.143	5.163	#

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO101623\
Data File : PO098844.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 16 Oct 2023 18:58
Operator : YP/AJ
Sample : 04892-05
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 17 01:03:03 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO092723.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Sep 28 01:18:56 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
42) L9	AR-1268-2	8.862	7.601	36621	169146	0.235	2.181	#
43) L9	AR-1268-3	9.087	7.814	43581	98312	0.319	1.484	#
44) L9	AR-1268-4	9.519	8.103	19646	23927	0.369	0.884	#
45) L9	AR-1268-5	9.957	8.388	169690	113112	0.386	0.572	#

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\Data\PO101623\
Data File : PO098844.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 16 Oct 2023 18:58
Operator : YP/AJ
Sample : 04892-05
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 17 01:03:03 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_O\methods\PO092723.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Sep 28 01:18:56 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm







#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 4.479 min
Delta R.T.: -0.006 min
Response: 37361165
Conc: 19.46 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 3.633 min
Delta R.T.: -0.005 min
Response: 14338243
Conc: 18.41 ng/ml



#2 Decachlorobiphenyl

R.T.: 10.290 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 25129551
Conc: 20.70 ng/ml



#2 Decachlorobiphenyl

R.T.: 8.637 min
Delta R.T.: -0.015 min
Response: 10115419
Conc: 18.88 ng/ml



#3 AR-1016-1

R.T.: 5.670 min
Delta R.T.: 0.012 min
Response: 427294
Conc: 7.91 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#3 AR-1016-1

R.T.: 4.701 min
Delta R.T.: -0.022 min
Response: 112223
Conc: 4.70 ng/ml



#4 AR-1016-2

R.T.: 5.670 min
Delta R.T.: -0.011 min
Response: 427294
Conc: 5.26 ng/ml



#4 AR-1016-2

R.T.: 4.764 min
Delta R.T.: 0.022 min
Response: 237124
Conc: 6.96 ng/ml



#5 AR-1016-3

R.T.: 5.755 min
Delta R.T.: 0.012 min
Response: 154879
Conc: 3.10 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#5 AR-1016-3

R.T.: 4.926 min
Delta R.T.: 0.008 min
Response: 49557
Conc: 2.75 ng/ml



#6 AR-1016-4

R.T.: 5.873 min
Delta R.T.: 0.031 min
Response: 21880
Conc: 0.56 ng/ml



#6 AR-1016-4

R.T.: 4.954 min
Delta R.T.: -0.006 min
Response: 59380
Conc: 3.96 ng/ml



#7 AR-1016-5

R.T.: 6.162 min
Delta R.T.: 0.024 min
Response: 23874
Conc: 0.58 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#7 AR-1016-5

R.T.: 5.187 min
Delta R.T.: 0.013 min
Response: 41144
Conc: 2.12 ng/ml



#8 AR-1221-1

R.T.: 4.689 min
Delta R.T.: -0.005 min
Response: 1085596
Conc: 48.22 ng/ml



#8 AR-1221-1

R.T.: 3.851 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 1256170
Conc: 136.72 ng/ml



#9 AR-1221-2

R.T.: 4.788 min
Delta R.T.: 0.007 min
Response: 568272
Conc: 33.68 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#9 AR-1221-2

R.T.: 3.918 min
Delta R.T.: -0.020 min
Response: 1319547
Conc: 198.44 ng/ml



#10 AR-1221-3

R.T.: 4.886 min
Delta R.T.: 0.028 min
Response: 4127565
Conc: 84.39 ng/ml



#10 AR-1221-3

R.T.: 4.010 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 48433
Conc: 2.40 ng/ml



#11 AR-1232-1

R.T.: 4.886 min
Delta R.T.: 0.028 min
Response: 4127565
Conc: 101.05 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#11 AR-1232-1

R.T.: 4.010 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 48433
Conc: 2.88 ng/ml



#12 AR-1232-2

R.T.: 5.391 min
Delta R.T.: 0.001 min
Response: 368380
Conc: 17.03 ng/ml



#12 AR-1232-2

R.T.: 4.764 min
Delta R.T.: 0.022 min
Response: 237124
Conc: 15.78 ng/ml



#13 AR-1232-3

R.T.: 5.670 min
Delta R.T.: -0.011 min
Response: 427294
Conc: 12.02 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#13 AR-1232-3

R.T.: 4.926 min
Delta R.T.: 0.008 min
Response: 49557
Conc: 6.33 ng/ml



#14 AR-1232-4

R.T.: 5.873 min
Delta R.T.: 0.030 min
Response: 21880
Conc: 1.29 ng/ml



#14 AR-1232-4

R.T.: 5.011 min
Delta R.T.: 0.009 min
Response: 169690
Conc: 22.57 ng/ml



#15 AR-1232-5

R.T.: 5.936 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 138290
Conc: 9.71 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#15 AR-1232-5

R.T.: 5.187 min
Delta R.T.: 0.013 min
Response: 41144
Conc: 5.09 ng/ml



#16 AR-1242-1

R.T.: 5.670 min
Delta R.T.: 0.010 min
Response: 427294
Conc: 9.38 ng/ml



#16 AR-1242-1

R.T.: 4.701 min
Delta R.T.: -0.022 min
Response: 112223
Conc: 5.36 ng/ml



#17 AR-1242-2

R.T.: 5.670 min
Delta R.T.: -0.011 min
Response: 427294
Conc: 6.24 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#17 AR-1242-2

R.T.: 4.764 min
Delta R.T.: 0.022 min
Response: 237124
Conc: 8.16 ng/ml



#18 AR-1242-3

R.T.: 5.755 min
Delta R.T.: 0.011 min
Response: 154879
Conc: 3.66 ng/ml



#18 AR-1242-3

R.T.: 4.926 min
Delta R.T.: 0.008 min
Response: 49557
Conc: 3.17 ng/ml



#19 AR-1242-4

R.T.: 5.873 min
Delta R.T.: 0.029 min
Response: 21880
Conc: 0.67 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#19 AR-1242-4

R.T.: 5.011 min
Delta R.T.: 0.009 min
Response: 169690
Conc: 10.25 ng/ml



#20 AR-1242-5

R.T.: 6.591 min
Delta R.T.: 0.007 min
Response: 568782
Conc: 16.06 ng/ml



#20 AR-1242-5

R.T.: 5.521 min
Delta R.T.: -0.006 min
Response: 463949
Conc: 25.00 ng/ml



#21 AR-1248-1

R.T.: 5.670 min
Delta R.T.: 0.008 min
Response: 427294
Conc: 12.63 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#21 AR-1248-1

R.T.: 4.701 min
Delta R.T.: -0.021 min
Response: 112223
Conc: 7.16 ng/ml



#22 AR-1248-2

R.T.: 5.936 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 138290
Conc: 2.67 ng/ml



#22 AR-1248-2

R.T.: 4.954 min
Delta R.T.: -0.005 min
Response: 59380
Conc: 2.70 ng/ml



#23 AR-1248-3

R.T.: 6.162 min
Delta R.T.: 0.020 min
Response: 23874
Conc: 0.42 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#23 AR-1248-3

R.T.: 5.011 min
Delta R.T.: 0.010 min
Response: 169690
Conc: 7.23 ng/ml



#24 AR-1248-4

R.T.: 6.549 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 597651
Conc: 10.54 ng/ml



#24 AR-1248-4

R.T.: 5.187 min
Delta R.T.: 0.014 min
Response: 41144
Conc: 1.54 ng/ml



#25 AR-1248-5

R.T.: 6.591 min
Delta R.T.: 0.004 min
Response: 568782
Conc: 9.62 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#25 AR-1248-5

R.T.: 5.583 min
Delta R.T.: 0.017 min
Response: 526053
Conc: 22.29 ng/ml



#26 AR-1254-1

R.T.: 6.529 min
Delta R.T.: 0.007 min
Response: 156093
Conc: 2.47 ng/ml



#26 AR-1254-1

R.T.: 5.521 min
Delta R.T.: -0.005 min
Response: 463949
Conc: 12.10 ng/ml



#27 AR-1254-2

R.T.: 6.746 min
Delta R.T.: 0.004 min
Response: 518570
Conc: 5.40 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#27 AR-1254-2

R.T.: 5.665 min
Delta R.T.: -0.008 min
Response: 450065
Conc: 13.07 ng/ml



#28 AR-1254-3

R.T.: 7.111 min
Delta R.T.: 0.002 min
Response: 932528
Conc: 9.91 ng/ml



#28 AR-1254-3

R.T.: 6.087 min
Delta R.T.: 0.009 min
Response: 1457337
Conc: 28.05 ng/ml



#29 AR-1254-4

R.T.: 7.399 min
Delta R.T.: 0.003 min
Response: 72784
Conc: 1.25 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#29 AR-1254-4

R.T.: 6.289 min
Delta R.T.: -0.017 min
Response: 264851
Conc: 9.65 ng/ml



#30 AR-1254-5

R.T.: 7.827 min
Delta R.T.: 0.012 min
Response: 699715
Conc: 10.02 ng/ml



#30 AR-1254-5

R.T.: 6.716 min
Delta R.T.: -0.009 min
Response: 190900
Conc: 4.41 ng/ml



#31 AR-1260-1

R.T.: 7.274 min
Delta R.T.: 0.007 min
Response: 36392
Conc: 0.50 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#31 AR-1260-1

R.T.: 6.201 min
Delta R.T.: -0.008 min
Response: 546545
Conc: 14.90 ng/ml



#32 AR-1260-2

R.T.: 7.511 min
Delta R.T.: -0.014 min
Response: 1544469
Conc: 18.76 ng/ml



#32 AR-1260-2

R.T.: 6.383 min
Delta R.T.: -0.014 min
Response: 422984
Conc: 10.08 ng/ml



#33 AR-1260-3

R.T.: 7.917 min
Delta R.T.: 0.033 min
Response: 410861
Conc: 6.64 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#33 AR-1260-3

R.T.: 6.542 min
Delta R.T.: -0.009 min
Response: 99199
Conc: 2.48 ng/ml



#34 AR-1260-4

R.T.: 8.090 min
Delta R.T.: -0.022 min
Response: 2111372
Conc: 31.32 ng/ml



#34 AR-1260-4

R.T.: 6.997 min
Delta R.T.: -0.027 min
Response: 188143
Conc: 5.84 ng/ml



#35 AR-1260-5

R.T.: 8.431 min
Delta R.T.: -0.007 min
Response: 520362
Conc: 4.01 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#35 AR-1260-5

R.T.: 7.256 min
Delta R.T.: -0.010 min
Response: 104081
Conc: 1.49 ng/ml



#36 AR-1262-1

R.T.: 7.917 min
Delta R.T.: 0.028 min
Response: 410861
Conc: 4.72 ng/ml



#36 AR-1262-1

R.T.: 6.743 min
Delta R.T.: -0.020 min
Response: 26691
Conc: 0.59 ng/ml



#37 AR-1262-2

R.T.: 8.453 min
Delta R.T.: 0.010 min
Response: 160762
Conc: 1.14 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#37 AR-1262-2

R.T.: 6.997 min
Delta R.T.: -0.025 min
Response: 188143
Conc: 4.67 ng/ml



#38 AR-1262-3

R.T.: 8.760 min
Delta R.T.: -0.002 min
Response: 24780
Conc: 0.25 ng/ml



#38 AR-1262-3

R.T.: 7.543 min
Delta R.T.: -0.005 min
Response: 471783
Conc: 15.20 ng/ml



#39 AR-1262-4

R.T.: 8.850 min
Delta R.T.: -0.001 min
Response: 50869
Conc: 0.66 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#39 AR-1262-4

R.T.: 7.601 min
Delta R.T.: -0.011 min
Response: 169146
Conc: 3.12 ng/ml



#40 AR-1262-5

R.T.: 9.519 min
Delta R.T.: -0.008 min
Response: 19646
Conc: 0.40 ng/ml



#40 AR-1262-5

R.T.: 8.103 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 23927
Conc: 0.97 ng/ml



#41 AR-1268-1

R.T.: 8.760 min
Delta R.T.: -0.001 min
Response: 24780
Conc: 0.14 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#41 AR-1268-1

R.T.: 7.543 min
Delta R.T.: -0.007 min
Response: 471783
Conc: 5.16 ng/ml



#42 AR-1268-2

R.T.: 8.862 min
Delta R.T.: 0.004 min
Response: 36621
Conc: 0.23 ng/ml



#42 AR-1268-2

R.T.: 7.601 min
Delta R.T.: -0.013 min
Response: 169146
Conc: 2.18 ng/ml



#43 AR-1268-3

R.T.: 9.087 min
Delta R.T.: -0.006 min
Response: 43581
Conc: 0.32 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#43 AR-1268-3

R.T.: 7.814 min
Delta R.T.: -0.006 min
Response: 98312
Conc: 1.48 ng/ml



#44 AR-1268-4

R.T.: 9.519 min
Delta R.T.: -0.009 min
Response: 19646
Conc: 0.37 ng/ml



#44 AR-1268-4

R.T.: 8.103 min
Delta R.T.: -0.005 min
Response: 23927
Conc: 0.88 ng/ml



#45 AR-1268-5

R.T.: 9.957 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 169690
Conc: 0.39 ng/ml

Instrument :
ECD_O
ClientSampleId :



#45 AR-1268-5

R.T.: 8.388 min
Delta R.T.: -0.010 min
Response: 113112
Conc: 0.57 ng/ml