Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\Data\PP011223\
Data File : PP054521.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 12 Jan 2023 15:00
Operator : YP\AJ
Sample : 01107-10 10X
Misc :
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_P
ClientSampleId :
BC271242-2-2

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jan 12 20:49:10 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\PP010423.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Jan 05 03:46:53 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	4.336	3.586	3415913	2647531	1.687	1.641
2)	SA Decachlor...	10.098	8.606	3381891	2552170	2.355	1.809
	Target Compounds						
26)	L6 AR-1254-1	6.365	5.474	2431700	3648372	39.136	42.544
27)	L6 AR-1254-2	6.585	5.622	3566912	3156095	38.008	42.483
28)	L6 AR-1254-3	6.952	6.027	2992918	3982371	31.529	34.309
29)	L6 AR-1254-4	7.239	6.256	2173491	2260581	32.041	35.910
30)	L6 AR-1254-5	7.661	6.676	2270501	3065364	29.868	32.059

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\Data\PP011223\
Data File : PP054521.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 12 Jan 2023 15:00
Operator : YP\AJ
Sample : 01107-10 10X
Misc :
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_P
ClientSampleId :
BC271242-2-2

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Jan 12 20:49:10 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\PP010423.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Jan 05 03:46:53 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm