Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\Data\PP083022\
Data File : PP051053.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 30 Aug 2022 22:30
Operator : YP\AJ
Sample : N4425-02 10X
Misc :
ALS Vial : 28 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_P
ClientSampleId :
JEC048L-1-2

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Aug 31 02:19:50 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\PP082622.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Aug 26 17:33:33 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	4.462	3.718	2493725	3067976	1.338	1.741 #
2)	SA Decachlor...	10.262	8.800	4099264	2059601	2.272	1.928
	Target Compounds						
26)	L6 AR-1254-1	6.491	5.628	2224693	2425018	27.914	30.129
27)	L6 AR-1254-2	6.709	5.776	3298642	2263172	27.935	32.439
28)	L6 AR-1254-3	7.076	6.184	3015890	3277074	26.358	30.590
29)	L6 AR-1254-4	7.363	6.413	2290890	1827875	33.266	36.588
30)	L6 AR-1254-5	7.782	6.835	2928299	3207886	35.077	37.782

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\Data\PP083022\
Data File : PP051053.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 30 Aug 2022 22:30
Operator : YP\AJ
Sample : N4425-02 10X
Misc :
ALS Vial : 28 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_P
ClientSampleId :
JEC048L-1-2

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Aug 31 02:19:50 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\PP082622.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Aug 26 17:33:33 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm