Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\Data\PP111225\
Data File : PP076461.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 12 Nov 2025 12:32
Operator : YP\AJ
Sample : Q3601-01
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_P
ClientSampleId :
TP-1

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Nov 13 10:45:07 2025
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\PP102125.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Oct 24 15:40:32 2025
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	4.638	3.778	36030744	159.3E6	25.212	24.066
2)	SA Decachlor...	10.411	8.771	17651914	110.6E6	16.397	13.444
	Target Compounds						
31)	L7 AR-1260-1	7.382	6.331	13297282	79537819	193.396	145.223
32)	L7 AR-1260-2	7.621	6.517	31076312	70594534	346.922	86.754 #
33)	L7 AR-1260-3	7.993	6.669	7672856	48887219	110.741	86.871
34)	L7 AR-1260-4	8.220	7.138	10396026	40868449	151.609	78.694 #
35)	L7 AR-1260-5	8.547	7.379	14671078	105.7E6	99.161	77.998

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\Data\PP111225\
Data File : PP076461.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 12 Nov 2025 12:32
Operator : YP\AJ
Sample : Q3601-01
Misc :
ALS Vial : 9 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_P
ClientSampleId :
TP-1

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Nov 13 10:45:07 2025
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_P\methods\PP102125.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Oct 24 15:40:32 2025
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm