Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ020222\
Data File : PQ056087.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 02 Feb 2022 18:42
Operator : AJ\MA
Sample : AR1248CCC500
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR1248CCC500

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Feb 03 04:32:06 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ011922.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Jan 20 13:18:56 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
	System Monitoring Compounds							
1)	SA Tetrachlo...	5.233	4.293	616.0E6	542.0E6	45.478	48.205	
2)	SA Decachlor...	11.402	9.646	722.8E6	383.4E6	49.512	48.074	
	Target Compounds							
21)	L5 AR-1248-1	6.559	5.560	86720680	85125724	414.145	492.454	
22)	L5 AR-1248-2	6.848	5.818	140.5E6	148.2E6	438.714	464.554	
23)	L5 AR-1248-3	7.067	5.864	169.1E6	153.0E6	446.869	467.308	
24)	L5 AR-1248-4	7.499	6.051	188.4E6	160.6E6	445.338	425.838	
25)	L5 AR-1248-5	7.539	6.478	202.8E6	207.6E6	440.433	564.634	#

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ020222\
Data File : PQ056087.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 02 Feb 2022 18:42
Operator : AJ\MA
Sample : AR1248CCC500
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR1248CCC500

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Feb 03 04:32:06 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ011922.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Jan 20 13:18:56 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm