Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ040723\
Data File : PQ060855.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 07 Apr 2023 19:28
Operator : YP\AJ
Sample : 02213-07
Misc : AR1254 LOD 40 PPB
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
LOD-MDL-WATER-01-QT2-2023

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Apr 08 02:00:27 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ032723.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Mon Mar 27 17:20:15 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	3.406	2.764	152.2E6	70512002	19.386	17.939
2)	SA Decachlor...	8.584	7.541	122.3E6	85874355	21.666	18.221
	Target Compounds						
26)	L6 AR-1254-1	5.328	4.524	16367943	10538488	51.424	45.404
27)	L6 AR-1254-2	5.545	4.671	24027123	9433901	48.781	44.943
28)	L6 AR-1254-3	5.898	5.053	25425528	13939689	50.294	42.226
29)	L6 AR-1254-4	6.182	5.279	15440789	9244967	41.235	44.167
30)	L6 AR-1254-5	6.595	5.685	20873797	12578468	49.363	38.460

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ040723\
Data File : PQ060855.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 07 Apr 2023 19:28
Operator : YP\AJ
Sample : 02213-07
Misc : AR1254 LOD 40 PPB
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
LOD-MDL-WATER-01-QT2-2023

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Apr 08 02:00:27 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ032723.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Mon Mar 27 17:20:15 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm