Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ041624\
Data File : PQ066106.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 16 Apr 2024 09:40
Operator : YP\AJ
Sample : AR1248CCC500
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR1248CCC500

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Apr 16 13:09:24 2024
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ031824.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Mar 19 12:55:45 2024
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	3.442	2.735	220.0E6	338.9E6	44.260	45.707
2)	SA Decachlor...	8.653	7.501	127.3E6	323.3E6	43.867	38.682
	Target Compounds						
21)	L5 AR-1248-1	4.553	3.732	43114035	73421721	533.827	476.556
22)	L5 AR-1248-2	4.820	3.957	58509351	107.5E6	522.396	466.712
23)	L5 AR-1248-3	5.011	3.993	69691064	103.4E6	517.940	468.054
24)	L5 AR-1248-4	5.406	4.151	75293662	125.8E6	527.188	463.743
25)	L5 AR-1248-5	5.442	4.525	73602810	127.4E6	513.793	471.562

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ041624\
Data File : PQ066106.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 16 Apr 2024 09:40
Operator : YP\AJ
Sample : AR1248CCC500
Misc :
ALS Vial : 5 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR1248CCC500

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Apr 16 13:09:24 2024
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ031824.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Mar 19 12:55:45 2024
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm