Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ081523\
Data File : PQ063080.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 15 Aug 2023 22:08
Operator : YP\AJ
Sample : AR1268ICC200
Misc :
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR12682045

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Aug 16 03:06:51 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ081523CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Aug 16 02:55:24 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	3.454	2.784	65200487	45073333	10.782	10.235
2)	SA Decachlor...	8.685	7.592	180.7E6	178.9E6	22.022	21.951
	Target Compounds						
41)	L9 AR-1268-1	7.557	6.547	164.9E6	165.3E6	218.644	217.894
42)	L9 AR-1268-2	7.636	6.610	150.1E6	147.4E6	217.871	215.618
43)	L9 AR-1268-3	7.819	6.812	123.8E6	127.7E6	217.208	217.292
44)	L9 AR-1268-4	8.142	7.103	55877509	59308317	220.614	223.759
45)	L9 AR-1268-5	8.445	7.373	374.0E6	386.4E6	212.889	213.477

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ081523\
Data File : PQ063080.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 15 Aug 2023 22:08
Operator : YP\AJ
Sample : AR1268ICC200
Misc :
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR12682045

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Aug 16 03:06:51 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ081523CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Aug 16 02:55:24 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm