Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ091025\
Data File : PQ070821.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 10 Sep 2025 17:37
Operator : YP\AJ
Sample : Q2893-07
Misc : AR1254 WATER LOD 25PPB
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
LOD-MDL-WATER-01-QT3-2025

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 11 03:51:01 2025
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ091025.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Sep 10 12:25:43 2025
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	3.401	2.779	92744662	107.0E6	17.316	16.683
2)	SA Decachlor...	8.497	7.536	74245115	131.9E6	19.255	18.702
	Target Compounds						
26)	L6 AR-1254-1	5.293	4.534	5018684	8527524	21.484	21.427
27)	L6 AR-1254-2	5.507	4.681	6740539	7569017	18.884	21.611
28)	L6 AR-1254-3	5.856	5.062	7148840	13221141	18.861	23.373
29)	L6 AR-1254-4	6.136	5.287	6959922	6492437	25.881	18.777 #
30)	L6 AR-1254-5	6.545	5.692	5770001	9793760	19.254	18.676

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ091025\
Data File : PQ070821.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 10 Sep 2025 17:37
Operator : YP\AJ
Sample : Q2893-07
Misc : AR1254 WATER LOD 25PPB
ALS Vial : 27 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
LOD-MDL-WATER-01-QT3-2025

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 11 03:51:01 2025
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ091025.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Sep 10 12:25:43 2025
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm