Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ092523\
Data File : PQ063349.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 25 Sep 2023 22:49
Operator : YP\AJ
Sample : AR1268ICC200
Misc :
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 26 06:22:31 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ092523CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Sep 26 06:21:37 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	3.463	2.781	53483211	42688485	10.288	10.164
2)	SA Decachlor...	8.695	7.581	142.4E6	138.5E6	20.948	20.936
	Target Compounds						
41)	L9 AR-1268-1	7.570	6.537	131.8E6	127.6E6	209.697	210.412
42)	L9 AR-1268-2	7.649	6.600	118.1E6	113.6E6	209.029	208.302
43)	L9 AR-1268-3	7.830	6.801	101.9E6	98820814	208.170	209.077
44)	L9 AR-1268-4	8.156	7.093	42820448	42682329	211.731	206.748
45)	L9 AR-1268-5	8.454	7.363	294.7E6	296.0E6	205.585	205.180

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ092523\
Data File : PQ063349.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 25 Sep 2023 22:49
Operator : YP\AJ
Sample : AR1268ICC200
Misc :
ALS Vial : 39 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 26 06:22:31 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ092523CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Sep 26 06:21:37 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm