Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ100422\
Data File : PQ059361.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 04 Oct 2022 10:11
Operator : YP\AJ
Sample : AR1232ICC800
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR12324014

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 04 11:11:12 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ100422CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Oct 04 11:07:40 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	3.483	2.832	532.0E6	356.2E6	38.031	39.357
2)	SA Decachlor...	8.656	7.615	396.9E6	612.7E6	77.462	78.427
	Target Compounds						
11)	L3 AR-1232-1	3.831	3.181	204.9E6	144.8E6	722.449	753.512
12)	L3 AR-1232-2	4.326	3.857	108.3E6	145.2E6	739.868	772.749
13)	L3 AR-1232-3	4.603	4.019	209.5E6	74750926	736.157	767.751
14)	L3 AR-1232-4	4.753	4.103	109.2E6	61591940	731.915	744.133
15)	L3 AR-1232-5	4.848	4.263	75611092	72919897	729.543	762.090

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ100422\
Data File : PQ059361.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 04 Oct 2022 10:11
Operator : YP\AJ
Sample : AR1232ICC800
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR12324014

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 04 11:11:12 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ100422CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Tue Oct 04 11:07:40 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm