Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ100923\
Data File : PQ063581.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 09 Oct 2023 22:19
Operator : YP\AJ
Sample : 04699-07
Misc : AR1262 LOD 40 PPB
ALS Vial : 36 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
LOD-MDL-WATER-01-QT4-2023

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 10 06:32:03 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ091923.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Sep 20 05:26:41 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	3.462	2.780	109.3E6	83272528	23.328	24.095
2)	SA Decachlor...	8.696	7.580	83202797	96137599	23.810	26.744
	Target Compounds						
36)	L8 AR-1262-1	6.764	5.811	8449890	3228982	27.140	30.692
37)	L8 AR-1262-2	7.295	6.010	13513459	7346461	26.028	31.641
38)	L8 AR-1262-3	7.573	6.537	8754402	6820026	25.288	35.507 #
39)	L8 AR-1262-4	7.646	6.597	6938260	10985063	25.486	31.413
40)	L8 AR-1262-5	8.156	7.093	4489117	5239465	26.173	31.631

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ100923\
Data File : PQ063581.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 09 Oct 2023 22:19
Operator : YP\AJ
Sample : 04699-07
Misc : AR1262 LOD 40 PPB
ALS Vial : 36 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
LOD-MDL-WATER-01-QT4-2023

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Oct 10 06:32:03 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ091923.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Sep 20 05:26:41 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm