Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ111722\
Data File : PQ060121.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 18 Nov 2022 02:43
Operator : YP\AJ
Sample : AR1254ICC800
Misc :
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
ECD_Q
**ClientSampleId :**

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Nov 18 06:39:09 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ111722CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Nov 18 06:31:31 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

| | Compound | RT#1 | RT#2 | Resp#1 | Resp#2 | ng/ml | ng/ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | System Monitoring Compounds | | | | | | |
| 1) | SA Tetrachlo... | 3.447 | 2.805 | 475.5E6 | 563.5E6 | 40.694 | 40.497 |
| 2) | SA Decachlor... | 8.599 | 7.572 | 527.0E6 | 930.2E6 | 80.915 | 80.697 |
| | Target Compounds | | | | | | |
| 26) | L6 AR-1254-1 | 5.363 | 4.566 | 306.0E6 | 540.1E6 | 807.902 | 807.793 |
| 27) | L6 AR-1254-2 | 5.578 | 4.711 | 471.7E6 | 461.6E6 | 810.436 | 806.835 |
| 28) | L6 AR-1254-3 | 5.931 | 5.094 | 509.8E6 | 764.1E6 | 808.851 | 805.843 |
| 29) | L6 AR-1254-4 | 6.214 | 5.319 | 372.7E6 | 485.4E6 | 808.775 | 808.930 |
| 30) | L6 AR-1254-5 | 6.625 | 5.724 | 395.8E6 | 700.2E6 | 808.112 | 807.629 |

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ111722\
Data File : PQ060121.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 18 Nov 2022 02:43
Operator : YP\AJ
Sample : AR1254ICC800
Misc :
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

**Instrument :**
ECD_Q
**ClientSampleId :**

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Nov 18 06:39:09 2022
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ111722CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Nov 18 06:31:31 2022
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm