Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ111819\
Data File : PQ045122.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 18 Nov 2019 20:52
Operator : SM\AJ
Sample : AR1254CCC400
Misc :
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_Q
ClientSampleId : AR1254322

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Nov 19 01:43:41 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ110719CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Nov 08 03:35:55 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	5.098	4.307	114.3E6	84392758	14.396	17.898
2)	SA Decachlor...	11.156	9.719	202.4E6	189.8E6	29.223	27.978
	Target Compounds						
26)	L6 AR-1254-1	7.319	6.465	89604010	114.1E6	276.935	313.732
27)	L6 AR-1254-2	7.548	6.624	137.2E6	101.7E6	276.360	315.633
28)	L6 AR-1254-3	7.929	7.051	142.1E6	172.6E6	266.910	311.229
29)	L6 AR-1254-4	8.223	7.290	99895774	113.5E6	258.602	317.630
30)	L6 AR-1254-5	8.653	7.724	114.1E6	159.3E6	264.171	318.601

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ111819\
Data File : PQ045122.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 18 Nov 2019 20:52
Operator : SM\AJ
Sample : AR1254CCC400
Misc :
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
AR1254322

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Nov 19 01:43:41 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ110719CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Nov 08 03:35:55 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm