Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ020119\
Data File : PQ036916.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 01 Feb 2019 19:11
Operator : SM\SJ
Sample : K1282-29
Misc :
ALS Vial : 64 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_Q
ClientSampleId : TP-8-AB

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Feb 01 23:06:35 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ012419.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Jan 24 06:01:26 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
	System Monitoring Compounds							
1)	SA Tetrachlo...	4.332	3.700	74867048	39155870	16.265	16.342	
2)	SA Decachlor...	9.915	8.632	21139759	1166855	5.799	0.620	#
	Target Compounds							
9)	L2 AR-1221-2	0.000	3.999	0	1235118	N.D.	65.806	#
35)	L7 AR-1260-5	8.190	0.000	1828314	0	5.437	N.D.	#
37)	L8 AR-1262-2	8.190	0.000	1828314	0	3.728	N.D.	#

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Data\PQ020119\
Data File : PQ036916.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 01 Feb 2019 19:11
Operator : SM\SJ
Sample : K1282-29
Misc :
ALS Vial : 64 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
TP-8-AB

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Feb 01 23:06:35 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_Q\Method\PQ012419.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Thu Jan 24 06:01:26 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm







#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 4.332 min
Delta R.T.: -0.021 min
Response: 74867048
Conc: 16.27 ng/ml

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
TP-8-AB



#1 Tetrachloro-m-xylene

R.T.: 3.700 min
Delta R.T.: -0.006 min
Response: 39155870
Conc: 16.34 ng/ml



#2 Decachlorobiphenyl

R.T.: 9.915 min
Delta R.T.: -0.049 min
Response: 21139759
Conc: 5.80 ng/ml



#2 Decachlorobiphenyl

R.T.: 8.632 min
Delta R.T.: -0.019 min
Response: 1166855
Conc: 0.62 ng/ml



#9 AR-1221-2

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 4.650 min
Response: 0
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
TP-8-AB



#9 AR-1221-2

R.T.: 3.999 min
Delta R.T.: -0.003 min
Response: 1235118
Conc: 65.81 ng/ml



#35 AR-1260-5

R.T.: 8.190 min
Delta R.T.: -0.061 min
Response: 1828314
Conc: 5.44 ng/ml



#35 AR-1260-5

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 7.289 min
Response: 0
Conc: N.D.



#37 AR-1262-2

R.T.: 8.190 min
Delta R.T.: -0.060 min
Response: 1828314
Conc: 3.73 ng/ml

Instrument :
ECD_Q
ClientSampleId :
TP-8-AB



#37 AR-1262-2

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 7.288 min
Response: 0
Conc: N.D.