Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Data\PR022423\
Data File : PR059783.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 25 Feb 2023 05:33
Operator : YP\AJ
Sample : 01627-03 (Sig #1); 01627-02 (Sig #2)
Misc : AR1232 MDL 25 PPB
ALS Vial : 58 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_R
ClientSampleId :
MDL-SOIL-03-QT1-2022

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Feb 25 08:10:12 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\PR022423.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Feb 24 12:41:32 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1) SA	Tetrachlo...	3.690	2.906	59556066	85435167	19.934	19.738
2) SA	Decachlor...	9.659	8.137	52777915	76581876	23.010	21.708
	Target Compounds						
11) L3	AR-1232-1	4.082	3.291	2003494	2574738	28.805	27.830
12) L3	AR-1232-2	4.636	4.034	974147	2678737	29.944	30.392
13) L3	AR-1232-3	4.947	4.211	1661572	1139560	28.389	25.507
14) L3	AR-1232-4	5.115	4.303	823747	1268035	27.805	31.572
15) L3	AR-1232-5	5.220	4.477	758709	1340285	33.763	29.325

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Data\PR022423\
Data File : PR059783.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 25 Feb 2023 05:33
Operator : YP\AJ
Sample : 01627-03 (Sig #1); 01627-02 (Sig #2)
Misc : AR1232 MDL 25 PPB
ALS Vial : 58 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_R
ClientSampleId :
MDL-SOIL-03-QT1-2022

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Feb 25 08:10:12 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\PR022423.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Fri Feb 24 12:41:32 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : ZB-MR1 Signal #2 Phase: ZB-MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.50µ Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm