Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Data\PR091421\
Data File : PR052034.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 14 Sep 2021 18:20
Operator : AJ\MA
Sample : AR1254ICC800
Misc :
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_R
ClientSampleId : AR12544214

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 15 07:33:07 2021
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\PR091421CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Sep 15 07:31:51 2021
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

	Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml
	System Monitoring Compounds						
1)	SA Tetrachlo...	4.707	3.863	265.3E6	172.7E6	40.599	40.227
2)	SA Decachlor...	10.657	8.920	412.1E6	331.4E6	74.712	77.506
	Target Compounds						
26)	L6 AR-1254-1	6.756	5.759	172.7E6	172.5E6	754.352	771.646
27)	L6 AR-1254-2	6.970	5.906	267.7E6	148.7E6	763.293	762.703
28)	L6 AR-1254-3	7.345	6.310	288.7E6	258.8E6	773.159	780.964
29)	L6 AR-1254-4	7.630	6.537	215.8E6	144.2E6	772.699	774.356
30)	L6 AR-1254-5	8.050	6.954	230.4E6	218.8E6	754.595	773.756

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Data\PR091421\
Data File : PR052034.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 14 Sep 2021 18:20
Operator : AJ\MA
Sample : AR1254ICC800
Misc :
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_R
ClientSampleId :
AR12544214

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Sep 15 07:33:07 2021
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_R\Method\PR091421CLP.M
Quant Title : GC EXTRACTABLES
QLast Update : Wed Sep 15 07:31:51 2021
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 1 µl
Signal #1 Phase : ZB MR1 Signal #2 Phase: ZB MR2
Signal #1 Info : 30Mx0.32mmx 0.5µm Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm