Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\FID_B\Data\FB020823\
Data File : FB029264.D
Signal(s) : FID2B.CH
Acq On : 8 Feb 2023 9:54
Operator : YP/AJ
Sample : 20 PPB GRO STD
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
FID_B
ClientSampleId :
20 PPB GRO STD

Integration File: Calibration.e
Quant Time: Feb 09 02:18:39 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\FID_B\Method\FB020623.M
Quant Title :
QLast Update : Mon Feb 06 14:33:16 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 5 g/ml
Signal Phase : RTX-502.2
Signal Info : 60mx0.53mmx3.00um

	Compound	R.T.	Response	Conc	Units
	System Monitoring Compounds				
5) s	AAA-TFT	8.784	213689	22.217	ng/ml
	Target Compounds				
1) t	2-Methylpentane	4.704	507712	31.998	ng/ml
2) t	2,2,4-Trimethylpentane	7.409	521585	30.283	ng/ml
3) t	n-Heptane	7.743	194532	10.751	ng/ml
4) t	Benzene	7.879	215744	10.358	ng/ml
6) t	Toluene	10.612	626706	30.926	ng/ml
7) t	Ethylbenzene	13.048	195013	10.218	ng/ml
8) t	m-Xylene	13.181	386777	20.402	ng/ml
9) t	O-Xylene	13.907	375422	20.576	ng/ml
10) t	1,2,4-Trimethylbenzene	16.183	379343	20.158	ng/ml

(f)=RT Delta > 1/2 Window (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\FID_B\Data\FB020823\
Data File : FB029264.D
Signal(s) : FID2B.CH
Acq On : 8 Feb 2023 9:54
Operator : YP/AJ
Sample : 20 PPB GRO STD
Misc :
ALS Vial : 1 Sample Multiplier: 1

Instrument :
FID_B
ClientSampleId :
20 PPB GRO STD

Integration File: Calibration.e
Quant Time: Feb 09 02:18:39 2023
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\FID_B\Method\FB020623.M
Quant Title :
QLast Update : Mon Feb 06 14:33:16 2023
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 5 g/ml
Signal Phase : RTX-502.2
Signal Info : 60mx0.53mmx3.00um