Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\FID_E\Data\FE101520\
Data File : FE032983.D
Signal(s) : FID1B.CH
Acq On : 15 Oct 2020 9:05
Operator : DD\AJ
Sample : 50 PPM TRPH STD
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Integration File: autoint1.e
Quant Time: Oct 16 01:27:23 2020
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\FID_E\methods\FE101420.M
Quant Title :
QLast Update : Wed Oct 14 02:47:05 2020
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation 6890 Scale Mode: Large solvent peaks clipped

Volume Inj. : 1uL
Signal Phase : Rxi-1ms
Signal Info : 20mx0.18mmx0.18um

	Compound	R.T.	Response	Conc Units
	System Monitoring Compounds			
9) S	TETRACOSANE-d50 (SURR...	14.657	17040679	55.024 ug/ml
	Target Compounds			
2)	N-DECANE	4.409	19424136	56.339 ug/ml
3)	N-DODECANE	6.419	19667269	57.055 ug/ml
4)	N-TETRADECANE	8.211	19623668	56.789 ug/ml
5)	N-HEXADECANE	9.812	19997387	56.372 ug/ml
6)	N-OCTADECANE	11.254	20060728	55.632 ug/ml
7)	N-EICOSANE	12.562	19827017	55.261 ug/ml
8)	N-DOCOSANE	13.761	19517313	54.869 ug/ml
10)	N-TETRACOSANE	14.864	19506449	54.738 ug/ml
11)	N-HEXACOSANE	15.883	19121190	54.576 ug/ml
12)	N-OCTACOSANE	16.834	18823268	54.314 ug/ml

(f)=RT Delta > 1/2 Window (m)=manual int.

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\FID_E\Data\FE101520\
Data File : FE032983.D
Signal(s) : FID1B.CH
Acq On : 15 Oct 2020 9:05
Operator : DD\AJ
Sample : 50 PPM TRPH STD
Misc :
ALS Vial : 3 Sample Multiplier: 1

Integration File: autoint1.e
Quant Time: Oct 16 01:27:23 2020
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\FID_E\methods\FE101420.M
Quant Title :
QLast Update : Wed Oct 14 02:47:05 2020
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation 6890 Scale Mode: Large solvent peaks clipped

Volume Inj. : 1uL
Signal Phase : Rxi-1ms
Signal Info : 20mx0.18mmx0.18um