Quantitation Report (Not Reviewed)

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_S\Data\PS021419\
Data File : PS003198.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 15 Feb 2019 00:23
Operator : EI\SJ
Sample : K1479-01
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : ECD_S
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Feb 15 01:19:50 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_S\Method\PS012819.M
Quant Title : 8080.M
QLast Update : Tue Jan 29 06:11:45 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : Rtx-CLPesticides Signal #2 Phase: Rtx-CLPesticides2
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.5 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm

		Compound	RT#1	RT#2	Resp#1	Resp#2	ng/ml	ng/ml	
		System Monitoring Compounds							
4)	S	2,4-DCAA	11.275	10.776	30653817	131.4E6	80.744	307.427	#
		Target Compounds							
3)	T	4-Nitroph...	0.000	9.937	0	3713726	N.D.	17.767	#
5)	T	DICAMBA	11.687	11.161	29462871	1918248	18.381	1.209	#
6)	T	MCPP	0.000	11.349	0	1560737	N.D.	1.415	#
7)	T	MCPA	0.000	11.715	0	407.0E6	N.D.	258.716	#
8)	T	DICHLORPROP	0.000	12.245	0	5210050	N.D.	13.627	#
9)	T	2,4-D	13.192	0.000	7369533	0	15.984	N.D.	#
11)	T	2,4,5-TP ...	14.485	13.853	15312028	14159694	6.080	5.709	
13)	T	2,4-DB	0.000	15.003	0	2796606	N.D.	11.010	#
15)	T	Picloram	16.778	16.720	7223543	16065870	2.283	5.344	#
16)	T	DCPA	0.000	16.720	0	16065870	N.D.	5.187	#

(f)=RT Delta > 1/2 Window (#)=Amounts differ by > 25% (m)=manual int.

Data Path : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_S\Data\PS021419\
Data File : PS003198.D
Signal(s) : Signal #1: ECD1A.ch Signal #2: ECD2B.ch
Acq On : 15 Feb 2019 00:23
Operator : EI\SJ
Sample : K1479-01
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
ECD_S
ClientSampleId :

Integration File signal 1: autoint1.e
Integration File signal 2: autoint2.e
Quant Time: Feb 15 01:19:50 2019
Quant Method : Z:\pestpcbsrv\HPCHEM1\ECD_S\Method\PS012819.M
Quant Title : 8080.M
QLast Update : Tue Jan 29 06:11:45 2019
Response via : Initial Calibration
Integrator: ChemStation

Volume Inj. : 2 µl
Signal #1 Phase : Rtx-CLPesticides Signal #2 Phase: Rtx-CLPesticides2
Signal #1 Info : 30M x 0.32mm x0.5 Signal #2 Info : 30M x 0.32mm x 0.25µm







#3 4-Nitrophenol

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 10.904 min
Response: 0
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_S
ClientSampleId :



#3 4-Nitrophenol

R.T.: 9.937 min
Delta R.T.: -0.028 min
Response: 3713726
Conc: 17.77 ng/ml



#4 2,4-DCAA

R.T.: 11.275 min
Delta R.T.: -0.043 min
Response: 30653817
Conc: 80.74 ng/ml



#4 2,4-DCAA

R.T.: 10.776 min
Delta R.T.: -0.041 min
Response: 131439236
Conc: 307.43 ng/ml



#5 DICAMBA

R.T.: 11.687 min
Delta R.T.: 0.063 min
Response: 29462871
Conc: 18.38 ng/ml

Instrument :
ECD_S
ClientSampleId :



#5 DICAMBA

R.T.: 11.161 min
Delta R.T.: 0.064 min
Response: 1918248
Conc: 1.21 ng/ml



#6 MCPP

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 11.969 min
Response: 0
Conc: N.D.



#6 MCPP

R.T.: 11.349 min
Delta R.T.: 0.018 min
Response: 1560737
Conc: 1.42 ug/ml



#7 MCPA

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 12.219 min
Response: 0
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_S
ClientSampleId :



#7 MCPA

R.T.: 11.715 min
Delta R.T.: 0.009 min
Response: 406976068
Conc: 258.72 ug/ml



#8 DICHLORPROP

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 12.815 min
Response: 0
Conc: N.D.



#8 DICHLORPROP

R.T.: 12.245 min
Delta R.T.: 0.023 min
Response: 5210050
Conc: 13.63 ng/ml



#9 2,4-D

R.T.: 13.192 min
Delta R.T.: 0.019 min
Response: 7369533
Conc: 15.98 ng/ml

Instrument :
ECD_S
ClientSampleId :



#9 2,4-D

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 12.693 min
Response: 0
Conc: N.D.



#11 2,4,5-TP (SILVEX)

R.T.: 14.485 min
Delta R.T.: 0.066 min
Response: 15312028
Conc: 6.08 ng/ml



#11 2,4,5-TP (SILVEX)

R.T.: 13.853 min
Delta R.T.: 0.000 min
Response: 14159694
Conc: 5.71 ng/ml



#13 2,4-DB

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 15.565 min
Response: 0
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_S
ClientSampleId :



#13 2,4-DB

R.T.: 15.003 min
Delta R.T.: -0.066 min
Response: 2796606
Conc: 11.01 ng/ml



#15 Picloram

R.T.: 16.778 min
Delta R.T.: -0.028 min
Response: 7223543
Conc: 2.28 ng/ml



#15 Picloram

R.T.: 16.720 min
Delta R.T.: -0.004 min
Response: 16065870
Conc: 5.34 ng/ml



#16 DCPA

R.T.: 0.000 min
Exp R.T. : 17.382 min
Response: 0
Conc: N.D.

Instrument :
ECD_S
ClientSampleId :



#16 DCPA

R.T.: 16.720 min
Delta R.T.: 0.051 min
Response: 16065870
Conc: 5.19 ng/ml