LB122211

SFAM01.1 INSTRUMENT ID: CV1



Std ID	Conc.	Calc.	Dev.	Mean	SD or %RSD	Rep 1	Rep 2	Rep 3	Rep 4	Rep 5	%D
0.00	0.000	0.007	0.007	3	0.000	3					-
0.05	0.050					185	0				-10
0.20	0.200	0.181	-0.019	746	0.0 %	746					-2
2.50	2.500	2.443	-0.057	10394	0.0 %	10394					4
5.00	5.000	5.191	0.191	22116	0.0 %	22116					-2
7.50	7.500	7.358	-0.142	31357	0.0 %	31357					0
10.0	10.000	10.020	0.020	42712	0.0 %	42712					

LB122211

INSTRUMENT ID : CV1

Sample ID	Extended ID	µ Abs.	Conc.		Stnd Conc	Method	Units	Date	Type
0	S0	3	-		0	SFAM01.1	PPB	9/27/2022 13:42	Std
0.2	S01	746	-		0.2	SFAM01.1	PPB	9/27/2022 13:44	Std
2.5	S02	10394	-		2.5	SFAM01.1	PPB	9/27/2022 13:47	Std
5	S03	22116	-		5	SFAM01.1	PPB	9/27/2022 13:54	Std
7.5	S04	31357	-		7.5	SFAM01.1	PPB	9/27/2022 13:56	Std
10	S05	42712	-		10	SFAM01.1	PPB	9/27/2022 13:59	Std
ICV046	ICV046	16322	3.8329	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:02	SMPL
ICB046	ICB046	-102	-0.0175	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:04	SMPL
CCV070	CCV070	21943	5.1506	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:06	SMPL
CCB070	CCB070	-110	-0.0194	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:08	SMPL
PB147932BL	PBW932	-7	0.0047	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:11	SMPL
N4778-01	MCB8K8	84	0.0261	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:17	SMPL
N4778-02	MCB8K8D	41	0.016	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:20	SMPL
N4778-03	MCB8K8S	4118	0.9718	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:22	SMPL
N4778-04	MCB8L0	69	0.0226	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:24	SMPL
N4778-05	MCB8L2	152	0.042	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:26	SMPL
N4778-06	MCB8L4	-63	-0.0084	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:29	SMPL
N4778-07	MCB8L6	-60	-0.0077	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:31	SMPL
N4778-08	MCB8L9	-43	-0.0037	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:33	SMPL
N4778-09	MCB8M1	-88	-0.0142	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:36	SMPL
N4778-10	MCB8M8	-62	-0.0082	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:38	SMPL
N4778-11	MCB8N0	-18	0.0022	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:40	SMPL
N4778-12	MCB8N2	-16	0.0026	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:42	SMPL
N4778-13	MCB8P1	462	0.1147	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:45	SMPL
PB147934BL	PBW934	-8	0.0045	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:47	SMPL
N4779-01	MCB8K9	-60	-0.0077	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:49	SMPL
N4779-02	MCB8K9D	-71	-0.0103	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:51	SMPL
N4779-03	MCB8K9S	4129	0.9744	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:54	SMPL
N4779-04	MCB8L1	-47	-0.0046	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:56	SMPL
N4779-05	MCB8L3	6	0.0078	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 14:58	SMPL
CCV071	CCV071	21725	5.0995	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:01	SMPL
CCB071	CCB071	-68	-0.0096	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:03	SMPL
N4779-06	MCB8L5	-13	0.0033	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:05	SMPL
N4779-07	MCB8L7	-45	-0.0042	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:07	SMPL
N4779-08	MCB8M0	-45	-0.0042	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:10	SMPL
N4779-09	MCB8M9	-57	-0.007	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:12	SMPL
N4779-10	MCB8N1	-33	-0.0014	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:14	SMPL
N4779-11	MCB8N3	-34	-0.0016	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:16	SMPL
N4779-12	MCB8P2	-78	-0.0119	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:19	SMPL
PB147935BL	PBW935	-5	0.0052	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:21	SMPL
N4519-02	MDL-WATER	214	0.0566	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:23	SMPL
CCV072	CCV072	22004	5.1649	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:25	SMPL
CCB072	CCB072	-50	-0.0053	-		SFAM01.1	PPB	9/27/2022 15:28	SMPL