CHEMTECH

Analytical Summary Report

Analysis Method: 1010B
Reviewed By: Rubina
Parameter: Flash Point
Supervisor Review By: Iwona
Run Number: LB123583
Ambient Barometric Pressure(mmHg): 755.00
Thermometer ID: FLASHPOINT
Barometric Scale ID: 0511064

Reagent/Standard	Lot/Log #
p-xylene (ICV)	W2744

Seq	LabID	True Value °F	DL	Initial Sample °C	Celsius °C	Result °F	Final Result °F	Anal Date	Anal Time
1	ICV	81	1	8	28.00	82.4	82.7	01/09/2023	12:45
2	O1067-03		1	12	100.00	>212.0	>212.0	01/09/2023	13:15
3	O1067-03DUP		1	14	100.00	>212.0	>212.0	01/09/2023	13:45
4	O1067-05		1	12	100.00	>212.0	>212.0	01/09/2023	14:15
5	O1067-07		1	13	100.00	>212.0	>212.0	01/09/2023	14:45
6	O1067-09		1	12	100.00	>212.0	>212.0	01/09/2023	15:15

Result = (Celsius * 1.8) + 32

Final Result = Result + (760 - Ambient Barometric Pressure) * 0.06

WORKLIST(Hardcopy Internal Chain)

L6123583

WorkList Name : FP01-9 **WorkList ID :** 166413 **Department :** Wet-Chemistry **Date :** 01-09-2023 09:37:56

Due Date	Matrix	Sample	Test	Preservative	Customer	Raw Sample Storage Location	Customer Sample	Collect Date	Method
01/11/2023	Solid	O1067-03	Flash Point	Cool 4 deg C	PSEG03	N31	31921	01/06/2023	1010B
01/11/2023	Solid	O1067-05	Flash Point	Cool 4 deg C	PSEG03	N31	31500	01/06/2023	1010B
01/11/2023	Solid	O1067-07	Flash Point	Cool 4 deg C	PSEG03	N31	31495	01/06/2023	1010B
01/11/2023	Solid	O1067-09	Flash Point	Cool 4 deg C	PSEG03	N31	31499	01/06/2023	1010B

Date/Time 01/09/2023 12:15
Raw Sample Received by: RM (WC)
Raw Sample Relinquished by: [illegible] (WC)

Date/Time 01/09/2023 15:20
Raw Sample Received by: [illegible] (WC)
Raw Sample Relinquished by: RM (WC)