LB125047

SFAM01.1 INSTRUMENT ID: CV1

Linear



A=	0.0000e+000
B=	1.8771e-004 slope
C=	-2.4787e-002 y-intercept
Rho=	0.9998455
Accept=	Accepted

Std ID	Conc.	Calc.	Dev.	Mean	SD or %RSD	Rep 1	Rep 2	Rep 3	Rep 4	Rep 5	% dD
0.00	0.000	0.010	0.010	184	0.000	184					=
0.05	0.050					438	0				-9
0.20	0.200	0.182	-0.018	1102	0.0 %	1102					-3
2.50	2.500	2.426	-0.074	13056	0.0 %	13056					-2
5.00	5.000	5.108	0.108	27344	0.0 %	27344					1
7.50	7.500	7.548	0.048	40343	0.0 %	40343					1
10.0	10.000	9.927	-0.073	53015	0.0 %	53015					

LB125047

INSTRUMENT ID : CV1

Sample ID	Extended ID	µ Abs.	Conc.		Stnd Conc	Method	Units	Date	Type
0	S0	184	-		0	SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:20	Std
0.2	S01	1102	-		0.2	SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:23	Std
2.5	S02	13056	-		2.5	SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:25	Std
5	S03	27344	-		5	SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:27	Std
7.5	S04	40343	-		7.5	SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:29	Std
10	S05	53015	-		10	SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:32	Std
ICV032	ICV032	22974	4.2876	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:35	SMPL
ICB032	ICB032	518	0.0724	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:37	SMPL
CCV011	CCV011	27323	5.1039	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:39	SMPL
CCB011	CCB011	43	-0.0167	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:41	SMPL
PB152227BL	PBS227	179	0.0088	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:44	SMPL
O2387-01	1BG-23-04-17	80051	15.0014	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:46	SMPL
O2387-02	2BG-23-04-17	87627	16.4234	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:48	SMPL
O2387-03	3BG-23-04-17	40480	7.5736	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:51	SMPL
O2387-04	10BG-23-04-17	55469	10.3871	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:53	SMPL
O2387-05	13BG-23-04-17	84548	15.8455	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:55	SMPL
O2387-06	14BG-23-04-17	1707809	HIGH	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:57	
O2387-07	4BG-23-04-17	63247	11.8471	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 16:59	SMPL
O2387-08	5BG-23-04-17	120688	22.6292	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:07	SMPL
O2387-09	6BG-23-04-17	329873	HIGH	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:09	
CCV012	CCV012	28702	5.3628	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:14	SMPL
CCB012	CCB012	-562	-0.1303	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:21	SMPL
O2387-10	7BG-23-04-17	503926	HIGH	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:27	
O2387-11	7BG-23-04-17D	519710	HIGH	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:28	
O2387-12	7BG-23-04-17S	485747	HIGH	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:30	
O2387-13	DUP-01	323165	60.6356	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:32	SMPL
O2387-14	8BG-23-04-18	-2687	-0.5292	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:35	SMPL
O2387-15	9BG-23-04-18	2692	0.4805	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:38	SMPL
O2387-16	11BG-23-04-18	-763	-0.168	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:40	SMPL
O2387-17	12BG-23-04-18	66003	12.3644	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:42	SMPL
CCV013	CCV013	25631	4.7863	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:44	SMPL
CCB013	CCB013	-400	-0.0999	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:47	SMPL
O2387-01DLX5		17167	3.1976	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:49	SMPL
O2387-02DLX5		16307	3.0362	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:51	SMPL
O2387-04DLX2		27266	5.0932	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:54	SMPL
O2387-05DLX5		17315	3.2254	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 17:56	SMPL
O2387-08DLX5		26665	4.9804	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:03	SMPL
O2387-09DLX10		48667	9.1104	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:05	SMPL
O2387-10DLX10		77049	14.4379	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:08	SMPL
O2387-11DLX10		84601	15.8554	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:10	SMPL
O2387-12DLX10		76850	14.4005	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:12	SMPL
O2387-13DLX10		29065	5.4309	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:15	SMPL
O2387-17DLX2		32542	6.0836	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:17	SMPL
CCV014	CCV014	26626	4.9731	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:19	SMPL
CCB014	CCB014	-7	-0.0261	-		SFAM01.1	PPB	4/19/2023 18:21	SMPL