7470A

LB89509
INSTRUMENT ID: CV1

Linear



A= 0.0000e+000
B= 2.8998e-004
C= 7.4375e-003
Rho= 0.9998566
Accept= Accepted

Std ID	Conc.	Calc.	Dev.	Mean	SD or %RSD	Rep 1	Rep 2	Rep 3	Rep 4	Rep 5
0.0	0.000	0.027	0.027	67	0.000	67				
0.2	0.200	0.243	0.043	811	0.0 %	811				
2.5	2.500	2.499	-0.001	8591	0.0 %	8591				
5.0	5.000	4.892	-0.108	16844	0.0 %	16844				
7.5	7.500	7.455	-0.045	25684	0.0 %	25684				
10.0	10.000	10.085	0.085	34752	0.0 %	34752				

LB89509 INSTRUMENT ID : CV1

Method: 7470A Operator: Admin Date of Analysis: 16 Aug 2017 08:27:56

Sample ID	Extended ID	µ Abs.	Conc.	Stnd Conc	Method	Units	Date	Type	Type
0.0 - 1	50	67	-	0.0000	7470A	PPB	16 Aug 2017 08:38:57	S	Std
0.2 - 1	502	811	-	0.2000	7470A	PPB	16 Aug 2017 08:41:06	S	Std
2.5 - 1	52.5	8591	-	2.5000	7470A	PPB	16 Aug 2017 08:43:15	S	Std
5.0 - 1	55	16844	-	5.0000	7470A	PPB	16 Aug 2017 08:45:23	S	Std
7.5 - 1	57.5	25684	-	7.5000	7470A	PPB	16 Aug 2017 08:47:34	S	Std
10.0 - 1	510	34752	-	10.0000	7470A	PPB	16 Aug 2017 08:49:42	S	Std
ICV14 - 1	ICV14	12710	3.6931	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 08:53:38	U	SMPL
ICB14 - 1	ICB14	48	0.0214	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 08:59:05	U	SMPL
CCV78 - 1	CCV78	17906	5.1998	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:01:11	U	SMPL
CCB78 - 1	CCB78	70	0.0277	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:08:08	U	SMPL
CRA - 1	CRA	765	0.2293	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:10:14	U	SMPL
HighStd - 1	HighStd	33943	9.8502	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:12:20	U	SMPL
ChkStd - 1	ChkStd	23624	6.8579	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:14:27	U	SMPL
PB101571BL - 1	PBW	182	0.0602	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:19:12	U	SMPL
PB101571BS - 1	LCSW	13860	4.0265	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:21:19	U	SMPL
PB101571TB - 1	PB101535TB	-195	-0.0491	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:23:27	U	SMPL
I4793-03 - 1	EO-02-081417-A	89	0.0332	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:29:53	U	SMPL
I4793-06 - 1	EO-02-081417-B	395	0.1220	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:32:00	U	SMPL
CCV79 - 1	CCV79	18005	5.2285	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:34:07	U	SMPL
CCB79 - 1	CCB79	-143	-0.0340	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:41:30	U	SMPL
I4793-09 - 1	EO-02-081417-C	266	0.0846	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:43:36	U	SMPL
I4794-02 - 1	CEMENT-BLOCK	301	0.0947	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:45:43	U	SMPL
I4794-04 - 1	CONCRETE-FLOOR	-199	-0.0503	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:47:50	U	SMPL
I4794-06 - 1	FACADE-BRICK-WALL	-446	-0.1219	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:52:27	U	SMPL
I4795-03 - 1	SP-1-COMP	-323	-0.0862	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 09:54:34	U	SMPL
I4798-05 - 1	DRUM-1-6-COMP	-406	-0.1103	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:01:17	U	SMPL
I4798-05DUP - 1	DRUM-1-6-COMPDUP	-397	-0.1077	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:03:25	U	SMPL
I4798-05MS - 1	DRUM-1-6-COMPMS	12342	3.5864	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:05:33	U	SMPL
I4798-05MSD - 1	DRUM-1-6-COMPMSD	12286	3.5701	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:07:42	U	SMPL
CCV80 - 1	CCV80	17471	5.0737	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:09:51	U	SMPL
CCB80 - 1	CCB80	-434	-0.1184	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:11:59	U	SMPL
I4705-03 - 1	SP-A-COMP	129	0.0448	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:14:08	U	SMPL
I4705-06 - 1	SP-B-COMP	-31	-0.0016	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:16:15	U	SMPL
I4659-01 - 1	WC-1	-417	-0.1135	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:18:22	U	SMPL
I4798-05LX5 - 1		-237	-0.0613	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:23:06	U	SMPL
I4798-05A - 1		12873	3.7403	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:25:13	U	SMPL
CCV81 - 1	CCV81	17281	5.0186	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:27:20	U	SMPL
CCB81 - 1	CCB81	-296	-0.0784	-	7470A	PPB	16 Aug 2017 10:29:29	U	SMPL