Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE010419\
Data File : BE098619.D
Acq On : 4 Jan 2019 17:27
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 04 21:14:23 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 02 10:30:27 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	70	0.00
2		1,4-Dioxane	0.692	0.706	-2.0	73	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.623	0.628	-0.8	77	0.01
4	S	2-Fluorophenol	0.936	1.261	-34.7#	98	0.01
5	S	Phenol-d6	1.326	1.874	-41.3#	99	0.01
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.260	1.330	-5.6	77	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	74	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.364	0.381	-4.7	84	0.00
9		Naphthalene	4.025	4.153	-3.2	78	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.256	0.296	-15.6	88	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.650	0.691	-6.3	79	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.654	0.700	-7.0	80	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	74	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.147	0.190	-29.3#	101	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.687	1.655	1.9	80	0.00
16		Acenaphthylene	1.874	1.823	2.7	75	0.02
17		Acenaphthene	1.126	1.140	-1.2	76	0.02
18		Fluorene	1.506	1.491	1.0	74	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	62	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.215	0.228	-6.0	69	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.231	0.257	-11.3	71	0.01
22		Pentachlorophenol	0.046	0.087	-89.1#	149	0.01
23		Phenanthrene	0.972	0.991	-2.0	64	0.01
24		Anthracene	0.866	0.851	1.7	62	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.131	5.157	-0.5	60	0.00
26		Fluoranthene	1.286	1.286	0.0	60	0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	68	0.01
28		Pyrene	1.255	1.166	7.1	61	0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.972	0.928	4.5	65	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.139	1.185	-4.0	72	0.00
31		Chrysene	1.193	1.159	2.8	66	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	2.313	2.833	-22.5	83	0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.187	1.280	-7.8	77	-0.06
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	73	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	1.094	1.143	-4.5	79	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.274	1.273	0.1	76	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.129	1.160	-2.7	77	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.063	1.073	-0.9	76	-0.06
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.071	1.099	-2.6	78	-0.08

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE010419\
Data File : BE098619.D
Acq On : 4 Jan 2019 17:27
Operator : SJ/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 04 21:14:23 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE121018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 02 10:30:27 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0