Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE010920\
Data File : BE101017.D
Acq On : 9 Jan 2020 18:07
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 10 01:03:07 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Methods\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	93	-0.01
2		1,4-Dioxane	0.400	0.412	-3.0	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.327	18.3	88	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.357	10.8	84	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.330	17.5	86	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.330	17.5	84	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	95	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.296	26.0#	79	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.413	-3.2	96	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.420	-5.0	96	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.407	-1.7	96	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.391	2.3	94	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.276	31.0#	76	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.416	-4.0	98	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.336	16.0	89	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.391	2.3	96	0.00
18		Fluorene	0.400	0.388	3.0	94	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	94	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.374	6.5	92	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.420	-5.0	98	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.404	-1.0	67	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.391	2.3	93	0.00
24		Anthracene	0.400	0.370	7.5	91	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.367	8.3	89	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.360	10.0	90	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	91	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.400	0.0	88	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.394	1.5	88	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.323	19.3	76	0.00
31		Chrysene	0.400	0.455	-13.7	100	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.335	16.3	87	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.409	-2.2	95	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	93	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.359	10.3	89	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.359	10.3	83	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.373	6.8	89	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.355	11.3	89	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.401	-0.3	90	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE010920\
Data File : BE101017.D
Acq On : 9 Jan 2020 18:07
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 10 01:03:07 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Methods\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0