Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011020\
Data File : BE101019.D
Acq On : 10 Jan 2020 10:27
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 10 12:55:59 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Methods\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	1.020	0.954	6.5	102	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.556	0.496	10.8	105	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.900	0.824	8.4	94	0.00
5	S	Phenol-d6	1.139	0.995	12.6	99	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.357	1.172	13.6	96	0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	105	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.286	0.238	16.8	98	0.00
9		Naphthalene	4.441	4.524	-1.9	105	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.188	0.197	-4.8	106	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.763	0.727	4.7	100	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.672	0.652	3.0	104	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	105	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.113	0.098	13.3	106	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.519	1.527	-0.5	105	0.00
16		Acenaphthylene	1.629	1.389	14.7	100	0.00
17		Acenaphthene	1.166	1.144	1.9	106	0.00
18		Fluorene	1.474	1.438	2.4	105	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	102	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.195	0.185	5.1	101	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.214	0.223	-4.2	105	0.00
22		Pentachlorophenol	0.053	0.030	43.4#	77	0.00
23		Phenanthrene	1.092	1.067	2.3	101	0.00
24		Anthracene	1.031	0.957	7.2	100	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.555	5.125	7.7	97	0.00
26		Fluoranthene	1.368	1.258	8.0	100	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	96	0.00
28		Pyrene	1.489	1.535	-3.1	97	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.982	0.994	-1.2	96	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.141	1.080	5.3	95	0.00
31		Chrysene	1.696	1.919	-13.1	106	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.902	1.535	19.3	89	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.340	1.414	-5.5	104	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	107	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.122	0.939	16.3	96	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.626	1.486	8.6	98	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.085	0.988	8.9	101	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.998	0.904	9.4	105	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.227	1.124	8.4	95	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011020\
Data File : BE101019.D
Acq On : 10 Jan 2020 10:27
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 10 12:55:59 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Methods\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0