Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011020\
Data File : BE101024.D
Acq On : 10 Jan 2020 15:02
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 10 15:59:13 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Methods\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.340	15.0	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.351	12.3	105	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.348	13.0	90	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.328	18.0	95	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.330	17.5	93	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	106	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.300	25.0#	89	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.407	-1.7	106	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.406	-1.5	104	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.406	-1.5	108	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.388	3.0	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	104	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.286	28.5#	86	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.407	-1.7	105	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.346	13.5	100	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.396	1.0	106	0.00
18		Fluorene	0.400	0.390	2.5	104	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	102	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.378	5.5	101	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.424	-6.0	107	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.401	-0.3	72	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.395	1.3	102	0.00
24		Anthracene	0.400	0.377	5.8	101	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.360	10.0	95	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.363	9.3	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	89	0.00
28		Pyrene	0.400	0.434	-8.5	94	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.425	-6.2	93	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.311	22.3	72	0.00
31		Chrysene	0.400	0.458	-14.5	98	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.293	26.8#	74	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.401	-0.3	91	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	94	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.320	20.0	80	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.430	-7.5	101	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.375	6.3	91	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.354	11.5	90	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.378	5.5	86	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011020\
Data File : BE101024.D
Acq On : 10 Jan 2020 15:02
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 10 15:59:13 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA E\Methods\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0