Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011120\
Data File : BE101026.D
Acq On : 10 Jan 2020 16:57
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 11 02:03:40 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	97	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.354	11.5	91	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.350	12.5	98	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.346	13.5	84	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.338	15.5	92	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.329	17.8	87	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	100	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.342	14.5	95	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.414	-3.5	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.432	-8.0	104	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.408	-2.0	102	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.387	3.3	98	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	101	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.351	12.3	103	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.407	-1.7	102	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.343	14.2	96	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.388	3.0	101	0.00
18		Fluorene	0.400	0.387	3.3	100	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	99	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.374	6.5	97	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.414	-3.5	101	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.403	-0.8	70	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.385	3.8	96	0.00
24		Anthracene	0.400	0.370	7.5	96	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.368	8.0	94	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.363	9.3	96	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	93	0.00
28		Pyrene	0.400	0.411	-2.7	93	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.396	1.0	91	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.366	8.5	89	0.00
31		Chrysene	0.400	0.459	-14.8	104	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.327	18.3	87	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.416	-4.0	99	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	107	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.337	15.8	97	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.361	9.8	97	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.397	0.8	110	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.368	8.0	107	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.354	11.5	92	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011120\
Data File : BE101026.D
Acq On : 10 Jan 2020 16:57
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 11 02:03:40 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0