Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011320\
Data File : BE101035.D
Acq On : 13 Jan 2020 10:53
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 13 14:29:23 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	103	0.00
2		1,4-Dioxane	1.020	0.954	6.5	104	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.556	0.447	19.6	96	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.900	0.754	16.2	87	0.00
5	S	Phenol-d6	1.139	0.938	17.6	95	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.357	1.121	17.4	93	0.01
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	109	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.286	0.244	14.7	104	0.01
9		Naphthalene	4.441	4.489	-1.1	107	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.188	0.198	-5.3	110	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.763	0.759	0.5	108	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.672	0.651	3.1	107	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	104	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.113	0.092	18.6	97	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.519	1.562	-2.8	105	0.00
16		Acenaphthylene	1.629	1.307	19.8	92	0.00
17		Acenaphthene	1.166	1.141	2.1	105	0.00
18		Fluorene	1.474	1.440	2.3	103	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.195	0.172	11.8	89	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.214	0.216	-0.9	96	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.053	0.023	56.6#	55	0.00
23		Phenanthrene	1.092	1.041	4.7	93	0.00
24		Anthracene	1.031	0.908	11.9	90	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	5.555	4.872	12.3	87	0.00
26		Fluoranthene	1.368	1.179	13.8	89	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	90	0.00
28		Pyrene	1.489	1.436	3.6	85	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.982	1.005	-2.3	91	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.141	1.056	7.4	87	0.00
31		Chrysene	1.696	1.930	-13.8	100	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.902	1.559	18.0	85	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.340	1.324	1.2	91	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	92	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.122	1.073	4.4	94	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.626	1.676	-3.1	95	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.085	0.993	8.5	87	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.998	0.980	1.8	98	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.227	1.259	-2.6	92	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011320\
Data File : BE101035.D
Acq On : 13 Jan 2020 10:53
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 13 14:29:23 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0