Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011320\
Data File : BE101045.D
Acq On : 13 Jan 2020 19:26
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 14 09:58:34 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	92	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.429	-7.2	99	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.267	33.3#	71	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.346	13.5	81	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.335	16.3	87	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.311	22.3	78	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	104	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.277	30.8#	81	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.396	1.0	101	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.408	-2.0	102	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.397	0.8	103	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.374	6.5	99	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.266	33.5#	79	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.412	-3.0	104	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.328	18.0	93	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.401	-0.3	106	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.391	2.3	102	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	103	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.365	8.8	99	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.404	-1.0	103	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.411	-2.7	77	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.387	3.3	101	0.00
24		Anthracene	0.400	0.361	9.8	98	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.365	8.8	97	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.360	10.0	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	97	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.407	-1.7	96	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.401	-0.3	96	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.346	13.5	87	0.00
31		Chrysene	0.400	0.432	-8.0	102	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.299	25.3#	83	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.418	-4.5	104	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	108	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.336	16.0	97	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.355	11.3	96	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.380	5.0	106	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.375	6.3	110	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.380	5.0	100	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\DATA\BE011320\
Data File : BE101045.D
Acq On : 13 Jan 2020 19:26
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_E
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 14 09:58:34 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA E\METHODS\8270-SIM-BE010820.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Jan 08 18:36:25 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0